

TECHINNĖ SPECIFIKACIJA
LAIPTŲ KOPIKLIUI ASMENS SU NEGALIA VEŽIMĖLIO TRANSPORTAVIMUI

1. Perkamas laiptų kopiklis asmens su negalia vežimėlio transportavimui.
2. Laiptų kopiklius reikia pritaikyti Broniui Pranskūnui, gyv. Statybininkų g. 6-50, Anykščiai ir Genei Sejūnienei, gyv. Gražavietės g. 4, Kurklių II k., Kurklių sen., Anykščių r. sav., pagal asmenų negalia poreikius.
3. Laiptų kopikliams keliami reikalavimai:
 - Laiptų kopiklis asmens su negalia vežimėlio transportavimui – vikšrinis;
 - Laiptų kopiklis turi transportuoti laiptais daugelio tipų vežimėlius;
 - Laiptų kopiklis pritaikytas naudoti vidaus ir lauko sąlygomis;
 - Laiptų kopiklio keliamoji galia ne mažesnė nei 150 kg;
 - Laiptų kopiklis naudojantis neturi reikalauti didelių fizinių pastangų;
 - Saugumo reikalavimai turi atitikti Tarybos Direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos gaminių reikalavimus;
 - Garantinis laikotarpis ne mažesnis, nei 24 mėnesiai su techniniu aptarnavimu visam garantinio laikotarpiui.
4. Rangovas turi parengti techninę dokumentaciją dėl laiptų kopiklio ir raštu ją suderinti su užsakovu ir kopiklio naudotoju.
5. **Užsakovui pateikiama gaminio atitikties deklaracija. Be suderintų su Užsakovu gaminių atitikties deklaracijų, kopiklio naudojimas draudžiamas.**

Vyriausioji specialistė
Laima Jovaišienė

