

IŠRAŠAS IŠ ATVIRO KONKURSO  
„LAPAROSKOPINĖS APARATŪROS KOMPLEKTAI“ (PIRKIMO NR. 3003250)  
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo paklausimo.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktas paklausimas.

Nuolatinė viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) apsvarstė tiekėjo paklausimą dėl 2025-06-03 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) skelbto atviro konkurso „**Laparoskopinės aparatūros komplektai**“ (pirkimo Nr. 3003250) pirkimo dokumentų (techninės specifikacijos).

Tiekėjas paklausime nurodo:

„Techninės specifikacijos punktas eil Nr. skelbia: 1.5.2. „Priedai prie insufliatoriaus: 2. Žarna, insufliatoriaus pajungimui į ligoninės dujų tiekimo sistemą, sukomplektuota su jungtimi, atitinkančia LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamus CO2 dujų tiekimo sistemos lizdus – 1 vnt.“. Norime pasitikslinti, kokį dujų jungčių standartą naudoja Kauno klinikos?“

Komisija, apsvarsčiusi tiekėjo paklausimą atsako, kad Chirurgijos skyriaus operacinėje yra naudojami MT dujų lizdai.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Apie Komisijos paaiškinimą informuoti paklausimą pateikusį tiekėją bei kitus suinteresuotus dalyvius.