



Lietuvos
inžinerijos
kolegija

LIETUVOS INŽINERIJOS KOLEGIJA

Viešoji įstaiga, Tvirtovės al. 35, LT-50155 Kaunas, tel. +370 37 308620, el. p. info@lik.tech
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111967869

Suinteresuotiems pirkimo dalyviams	I	2025-07-04	Nr. V16-475
		2025-07-02	Nr. 263708

ATSAKYMAS Į PIRKIMO DALYVIO PAKLAUSIMĄ (PIRKIMO ID 3326318)

Lietuvos inžinerijos kolegijos (toliau – Perkančioji organizacija) viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), vykdanči Mokslinių tyrimų laboratorijos įrangos: elektronikos prototipavimo įrangos, pirkim1 (toliau – pirkimas), (apie pirkimą paskelbta 2025-06-24 d. CVP IS, interneto adresu <https://viesiejiirkimai.lt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3326318>, pirkimo ID 3326318), 2025 m. liepos 2 d. 11:27 val. CVP IS priemonėmis gavo Tiekėjo pranešimą dėl 7 pirkimo objekto dalies: Elektroninė programuojama apkrova DC – 1 vnt. (toliau – 7 pirkimo objekto dalis) (pranešimo ID 263708) (toliau – Pranešimas).

Pranešime Tiekėjas teigia, kad (tekstas neredaguotas): „<...>, *Techniniuose reikalavimuose dėl Elektroninė programuojama apkrova DC, 1 vnt. yra nurodyta "Ne mažiau kaip 16 Bitų technologija"*.

Prašome paaiškinti kas čia turima omenyje, nes ši technologija yra taikoma signalų generatoriams, osciloskopams, o elektroninėms apkrovoms nėra taikoma ir elektroninių apkrovų gamintojai šio parametro niekur nedeklaruoja.

Prašome patikrinti gal šis reikalavimas likęs tik per klaidą ir jo neturėtų būti? “.

Komisija, 2025-07-04 d. 10 val. 00 min. vykusio posėdžio metu išnagrinėjo Tiekėjo pranešime pateiktą informaciją ir nusprendė:

1. vadovaujantis pirkimo sąlygų 9.3 p. paaiškinti paklausimą pateikusiam Tiekėjui ir kitiems suinteresuotiems pirkimo dalyviams paaiškinti ir patalpinti paaiškinimą CVP IS prie pirkimo dokumentų, kad 7 pirkimo objekto dalies techninės specifikacijos 7.1 p. buvo padaryta akivaizdi redakcinio pobūdžio klaida, t. y. paliktas žodis „tehnologija“, nors iš techninės specifikacijos visumos yra akivaizdžiai matoma, kad šioje vietoje kalbama apie rezoliuciją (nes tolimiesniame 7.1 p. sakinyje yra nurodyta, kad: „Rezoliucija matavimo: įtampos $\leq 0,1\text{mV}$, srovės $\leq 0,1\text{mA}$ “);
2. patvirtinti techninę specifikaciją, kurios 7 pirkimo objekto dalies 7.1 pozicijoje vietoje žodžio „technologija“ patikslintas žodis „matavimo rezoliucija“ (priedas nr. 1).
3. techninę specifikaciją, kurios 7 pirkimo objekto dalies 7.1 pozicijoje vietoje žodžio „technologija“ patikslintas žodis „matavimo rezoliucija“ (protokolo priedas Nr. 1) paskelbti CVP IS prie visų pirkimo dokumentų, ir išsiųsti visiems CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.
4. 7 pirkimo objekto dalies procedūrą dėl šio redakcinio pobūdžio patikslinimo nenutraukti ir pasiūlymų pateikimo termino nenukelti.

Ruošiant pasiūlymus prašome vadovautis nuo 2025-07-04 d. aktualia technine specifikacija (pridedama).

PRIDEDAMA: Techninė specifikacija (aktuali nuo 2025-07-04).

Komisijos pirmininkas

Nerijus Varnas