

Techninė specifikacija

1. Koncentruotas citratinis druskų tirpalas (orientacinis kiekis 110000 ltr.)

1. Apirogeniškas.
2. Skaidrus.
3. Bespalvis.
4. Atskiedus vieną koncentruoto citratinio druskų tirpalo tūrio dalį su 44 tūrio dalimis vandens, naudojant kartu su sausu bikarbonatiniu druskų mišiniu hemodializėms, dializate turi būti gaunamos 0,8 mmol/ltr. citrato ir kitos lentelėje pateiktos koncentracijos. Į tirpalo sudėtį taip pat turi įeiti Cl⁻ (siūlomų tirpalų sudėtis nurodyti pateikiant katalogą arba gamintojo patvirtinantį dokumentą).

Na ⁺ (mmol/ltr.)	K ⁺ (mmol/ltr.)	Ca ⁺⁺ (mmol/ltr.)	Mg ⁺⁺ (mmol/ltr.)	HCO ₃ ⁻ (mmol/ltr.)	Acetatas (mmol/ltr.)	Gliukozė (g/ltr.)
138–140	1	1,5	0,5	32–33	0,3	1
138–140	2	1,25; 1,5; 1,75	0,5	32–33	0,3	1
138–140	3	0,0; 1,25; 1,5; 1,75	0,5	32–38	0,3	1
138–140	4	1,5; 1,75	0,5	32–33	0,3	1

5. Išsavimas kietuose plastmasiniuose 8–10 ltr. talpos bakeliuose, kurių aukštis ties angos viršumi turi būti ne didesnis kaip 30 cm, o angos vidinis diametras – 34–35 mm.
6. Nurodyti sudėtį (pateikti katalogą arba gamintojo patvirtinantį dokumentą).

Papildomi reikalavimai.

1. Siūlomas produktas turi būti pažymėtas CE ženklu.
2. Būtina nurodyti tikslius siūlomų produktų pavadinimus ir/arba katalogo kodus.
3. Būtina nurodyti siūlomų produktų gamintojus.
4. Pristatymo metu tirpalai turi galioti ne mažiau kaip 12 mėn.
5. Pasiūlymų vertinimo metu, komisijai paprašius, turi būti pateikti siūlomų produktų pavyzdžiai.