

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„PRAUSIMOSI PIRŠTINĖS, PRISOTINTOS PRAUSIKLIO“
(NR. 3445169)
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl Tiekėjų pateiktų siūlymų/pastabų rinkos konsultacijai

SVARSTYTA: Tiekėjų pateikti siūlymai/pastabos rinkos konsultacijai

Viešojo pirkimo Komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjų siūlymus/pastabas 2025-06-30 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **prausimosi pirštinių, prisotintų prausiklio** pirkimo (Nr. 3445169).

Tiekėjų siūlymai/pastabos:

„Prašome koreguoti šį reikalavimą Matmenys: $16 \pm 1 \text{ cm} \times 25 \pm 3 \text{ cm}$, sekančiai: $16 \pm 2 \text{ cm} \times 25 \pm 3,5 \text{ cm}$.“

„Standartinis žmogaus plaštakos ilgis yra apie 20cm, todėl reikalavimas $25 \pm 3 \text{ cm}$ yra perteklinis. Rekomenduotume pakeisti šį reikalavimą į $23 \pm 3 \text{ cm}$.

Standartinis žmogaus plaštakos plotis yra apie 12cm, todėl reikalavimas $16 \pm 1 \text{ cm}$ yra perteklinis. Rekomenduotume pakeisti šį reikalavimą į $14 \pm 2 \text{ cm}$.“

„Prašome nustatyti tiksliai apibrėžtus pavyzdžių vertinimo kriterijus.

Reikalavimas „Išbandymo metu pirštinė išlieka vientisa, nesuyra, neplyšta“ yra absoliučiai subjektyvus vertinimas, neturintis nė vieno objektyvaus vertinimo kriterijaus.

Nurodykite kokią tempimo jėgą turi išlaikyti prausimosi pirštinė, kokią naudojimo laiką turi atlaikyti pirštinė kol suyra, patikslinkite ką reiškia „išlikti vientisa“

„Prausimosi pirštinė turi būti impregnuota odos prausikliu iš abiejų pusių, nes tik su tokia viena pirštine galime nuprausti ligojį.“

Komisija atsižvelgdama į tiekėjų pateiktus paklausimus pažymi, kad vertinimo metu matuojamas išorinis pirštinių plotis ir ilgis, kuris yra didesnis nei vidinis (funkcinis) pirštinės plotis ir ilgis. Prausiant pacientą pirštai pirštinėje yra išskleidžiami, todėl remtis standartiniu plaštakos pločiu nėra racionalu. Remiantis daugiamete Perkančiosios organizacijos patirtimi, pirštinių matmenys $16 \pm 1 \text{ cm} \times 25 \pm 3 \text{ cm}$ yra optimalūs, atitinkantys perkančiosios organizacijos poreikius.

Techninės specifikacijos reikalavimas, kad pirštinė išlieka vientisa, reiškia – paciento prausimo metu pirštinė atlieka savo funkciją, nesuyra, neplyšta. Prekių pavyzdžiai reikalaujami tam, kad įvertinti pirštinių prekės kokybę, kurios vien tik iš gamintojų dokumentuose nurodytų parametrų įvertinti negalima.

Tiekėjo pasiūlymas papildyti techninę specifikaciją reikalavimu „*Prausimosi pirštinė turi būti impregnuota odos prausikliu iš abiejų pusių, nes tik su tokia viena pirštine galime nuprausti ligojį*“, ribojantis konkurenciją. Remiantis ilgamete Perkančiosios organizacijos patirtimi, kokybiškos pirštinės, kurių viena pusė impregnuota prausimo priemone, tinkamai atlieka savo funkciją.

Komisija pažymi, kad techninė specifikacija koreguojama nebus.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Apie Komisijos sprendimą informuoti paklausimą pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.