

Chirurginiai siūlai ir tinkeliai

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Techninė specifikacija	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 24 mėn.
1	Nesirezorbuojantis polipropileno arba lygiavertės medžiagos trijų matmenų skirtingų pusių tinklelis 10 x 15 ± 1 cm	Sterilus, pagamintas iš lengvo svorio didelių porų monofilamentinio polipropileno arba lygiavertės medžiagos. Išgaubtas, lęšio formos, atitinkantis natūralią kirkšnies anatomiją. Tinklelio kraštas standus per visą tinklelio perimetrą, turi išlaikyti savo formą prarastas per troakarą. Turi turėti medialinės pusės markerį. Tinklelio tankis 40 g/m ² ± 3 g/m ² . Tinklelis nefiksuojamas, skirtingų pusių (dešinėsios, kairiosios).	vnt.	600
2	PTFE ar lygiavertės medžiagos chirurginis siūlas, skirtas mitralinio vožtuvo rekonstrukcijai	Chirurginis siūlas sintetinis, monofilamentinis, nesirezorbuojantis, pagamintas iš PTFE (politetrafluoretileno) ar lygiavertės medžiagos; nedažytas; adatos pagamintos iš 300 serijos nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos, pasižyminčios dideliu atsparumu lenkimui bei lūžiui; siūlas lankstus, turi didelį mazgų tempimo stiprumą, pasižymi mažu audinių reaktyvumu, lengvai slysta per audinius, biologiškai inertiškas. Siūlas sterilus (sterilizacijos procedūra: etileno oksido dujos). Sterilioje pakuotėje vienas siūlas.		
2.1	PTFE ar lygiavertės medžiagos chirurginis siūlas, skirtas mitralinio vožtuvo rekonstrukcijai: siūlo storis - 6/0, ilgis - 75 ± 3 cm, dvi adatos ½, apvalios, adatų ilgis - 12± 1 mm		vnt.	24
2.2	PTFE ar lygiavertės medžiagos chirurginis siūlas, skirtas mitralinio vožtuvo rekonstrukcijai: siūlo storis - 4/0, ilgis - 90 ± 3 cm, dvi adatos ½, apvalios, adatų ilgis - 22± 1 mm		vnt.	96
2.3	PTFE ar lygiavertės medžiagos chirurginis siūlas, skirtas mitralinio vožtuvo rekonstrukcijai: siūlo storis - 3/0, ilgis - 75 ± 3 cm, dvi adatos ½, apvalios, adatų ilgis - 22± 1 mm		vnt.	96
2-os pirkimo dalies kaina				vnt.

Papildomi reikalavimai:

- Siūlomos prekės privalo būti ženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).
- Viešojo pirkimo komisijai paprašius, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai išbandymui.