

Pilnai automatinės biopsinės šaudyklės techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Reikalavimai biopsinei šaudyklei	1. Daugkartinio naudojimo; 2. Pilnai automatinė; 3. Pritaikyta tiek vienetinėms, tiek daugybinėms minkštųjų audinių biopsijoms; 4. Reguliuojamas punkcijos gylis: 15 ± 2 mm arba 22 ± 2 mm; 5. Šaudyklė užtaisoma dviem judesiais; 6. Su saugikliu, apsaugančiu nuo netyčinio šūvio atlikimo; 7. Spalvinis adatos pozicijos indikatorius; 8. Kartu su šaudykle pateikiama biopsinė adata (14G dydžio) šaudyklės išbandymui.	
2.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinas (<i>kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją</i>)	
3.	Garantinis terminas	≥ 24 mėnesiai	
4.	Prekės pristatymas	Prekės pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.	

Pastaba, papildomas reikalavimas:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.