

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„PRIEMONĖS DEZINFEKCIJAI, STERILIZACIJAI IR KONTEINERIAI PANAUDOTOMS ADATOS“
(NR. 3351211)
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl Tiekėjų pateiktų siūlymų/pastabų rinkos konsultacijai

SVARSTYTA: Tiekėjų pateikti siūlymai/pastabos rinkos konsultacijai

Viešojo pirkimo Komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjų siūlymus/pastabas 2025-06-23 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **priemonių dezinfekcijai, sterilizacijai ir konteinerių panaudotoms adatoms** pirkimo (Nr. 3351211).

Tiekėjų siūlymai/pastabos:

- „1. *Dezinfekcinė priemonė endoskopų apruošimui (rankiniu būdu)*
-veikia bakterijas (atitinka LST EN 13727 ir LST EN 14561:2006), mikobakterijas (atitinka LST EN 14348 ir LST EN 14563:2009), grybelius (LST EN 14562:2006), virusus (atitinka LST EN 14476 – pilnas virucidinis aktyvumas) – pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus (sertifikatus);
-pasižymi sporicidiniu veikimu (atitinka LST EN 17126:2019) pateikti atitikimą standartui patvirtinančius sertifikatus;

Klausimas: ar „Test report“ dokumentas suprantamas kaip sertifikatas? Vieną iš „Test report“ dokumentų pridedame.“

„TS 6 p. d. prašome keisti TS iš :

6. Sterilizuojamų paketų sutvirtinimo juosta - lipni, neatsiklijuojanti sterilizacijos metu; - juostos plotis 15 mm; - forma – ritinys; - galiojimo laikas nurodytas ritinio vidinėje pusėje; - galiojimo laikas 1metai;

į:

*6. Sterilizuojamų paketų sutvirtinimo juosta - lipni, neatsiklijuojanti sterilizacijos metu; - juostos plotis 15 mm; - forma – ritinys; - galiojimo laikas nurodytas ritinio vidinėje pusėje **and ant pakuotės**; - galiojimo laikas 1metai;“*

Komisija atsižvelgdama į tiekėjo pateiktus paklausimus pažymi, kad atitikimas EN standartams bus vertinamas pagal akredituotos laboratorijos tyrimų protokolus.

Pirkimo dalies Nr. 6 techninė specifikacija bus koreguojama į: „*galiojimo laikas nurodytas ritinio vidinėje pusėje arba ant ritinio pakuotės*“.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Patikslinti techninę specifikaciją, tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją (pridedama).
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti paklausimą pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.