

**SPRENDIMAS DĖL GAUTOS PRETENZIJOS  
(CVP IS PRANEŠIMO NR. 266796)**

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (toliau – perkančioji organizacija) atviro (tarptautinio) konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą „Krūtinės ląstos automatinis paspaudimų prietaisas (Nr. (Nr. 10144-2) (toliau - Pirkimas).

Perkančioji organizacija 2025-07-03 CVP IS priemonėmis gavo tiekėjo pretenziją (CVP IS pranešimas Nr. 266796), kurioje tiekėjas reikalauja panaikinti techninės specifikacijos reikalavimą „paspaudimų dažnio ir gaivinimo protokolų keitimas nenutraukus gaivinimo – privaloma“ į „gaivinimo protokolų keitimas nenutraukus gaivinimo“.

Pretenzija pateikta nepraleidus Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 102 straipsnio 1 dalyje nustatyto pretenzijos pateikimo termino, todėl išnagrinėta VPI nustatyta tvarka.

Perkančioji organizacija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą pretenziją, priėmė sprendimą ją atmesti.

Perkančioji organizacija nesutinka koreguoti prašomo techninės specifikacijos reikalavimo, kadangi atsižvelgiant į paciento konstituciją, širdies sustojimo priežastis, bei paspaudimų dažnio poreikį, šis reikalavimas yra būtinas esant tam tikroms klinikinėms situacijoms. Paspaudimų dažnio keitimas norint užtikrinti minutinį tūrį skiriasi nuo klinikinės situacijos, dėl kokių priežasčių širdies sustojimas įvyko - ar dėl kardialinių priežasčių, ar dėl hemoraginio šoko. Taip pat neretai būtina atlikti tam tikras intervencijas pacientui - centrinės venos punkciją, pleuros drenavimą. Šias procedūras reikia atlikti nenutraukus gaivinimo veiksmų, tačiau turint galimybę sumažinti širdies susitraukimų dažnį, intervencijos atlikimo iš pirmo karto šansai žymiai išauga (retesniu dažniu juda intervencijos laukas). Esminis dalykas šiuo atveju yra, kad būtina atsisakyti bet kokių veiksmų, kurie reikalauja stabdyti gaivinimą (ar dėl parametrų keitimo, ar dėl kitų priežasčių), tačiau parametrų keitimas yra būtinas, todėl ši sąlyga yra būtina ir privaloma.

Priešingai nei pretenzijoje nurodo tiekėjas, perkančioji organizacija vykdė rinkos konsultaciją „Gaivinimo sistema (automatinis krūtinės ląstos paspaudėjas), CVP IS Nr. 1294013. Atlikus rinkos konsultaciją bei įvertinus konsultacijoje dalyvavusių tiekėjų pateiktus duomenis, nustatyta, kad visus techninius reikalavimus (net ir patikslinus pretenzijoje minimą techninės specifikacijos reikalavimą) atitinka daugiau nei vienas rinkoje siūlomų prekių gamintojas.

Šiuo pranešimu apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą išnagrinėjus pretenziją, vadovaujantis VPI 103 straipsnio 3 dalimi, informuojamas pretenziją pateikęs tiekėjas.

Pagarbiai

VPK