

**MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: + 370 343 90 011, 90 062,
el. p. administracija@marijampole.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

į el. pranešimą/-us

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PATIKSLINIMO

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo Medicininės įrangos tarptautinį pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2025 m. birželio 25 d. paskelbtas internetinėje svetainėje <http://www.marijampole.lt> ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) <https://viesiejipirkimai.lt>, Pirkimo Nr. 3326374.

Vadovaujantis Perkančiosios organizacijos Viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos (toliau – Komisija) 2025 m. birželio 20 d. posėdžio protokolu Nr. K-355 patvirtintų atviro (tarptautinio) konkurso Pirkimo sąlygų 10.2 punktu, Komisija, 2025 m. liepos 10 d. posėdyje, teikia atsakymus į suinteresuotų tiekėjų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktus rašytinius paklausimus:

I. 4 pirkimo objekto dalis. Laringoskopas.

CVP IS priemonėmis 2025-07-08 d. 11 val. 29 min. buvo gautas suinteresuoto pirkimo dalyvio prašymas patikslinti 4 pirkimo objekto dalies techninę specifikaciją: „Prašome patikslinti 4 pirkimo dalies "Laringoskopas" techninę specifikaciją nurodant dabar naudojamos laringoskopo rankenos modelį. Pakrovimo stotelė HEINE NT300 yra pakankamai seno modelio, gamintojo kataloguose rankenėlių, tinkančių šiai stotelei nebėra. Kad teisingai pasiūlyti prekę, svarbu žinoti kokio modelio rankeną dabar naudoja Perkančioji organizacija“ (kalba netaisyta).

Atsakymas: Perkančiosios organizacijos šiuo metu naudojama rankena yra HEINE, REF F-000.22.824.

II. 6 pirkimo objekto dalis. Ultragarsinis aparatas.

CVP IS priemonėmis 2025-07-04 d. 13 val. 41 min. buvo gautas suinteresuoto pirkimo dalyvio prašymas pakeisti 6 pirkimo objekto dalies techninę specifikaciją:

1 Siūlymas. Suinteresuotas pirkimo dalyvis teigia: „6 pirkimo dalies techninės specifikacijos punktas Nr. 17 skelbia „Vaizdo monitoriaus įstrižainė

Ne mažiau 58 cm". Pagal pateiktą techninę specifikaciją, darome prielaidą, kad ketinate įsigyti aukštos/premium klasės ultragarsinę įrangą, dėl to siūlome įsitraukti reikalavimą dėl LED, OLED vaizdo monitoriaus ekrano. Šis reikalavimas užtikrins, kad bus įsigyjamas tik aukštos/premium klasės ultragarso aparatas, kuris patenkins perkančiosios organizacijos specialistų poreikius. Taip pat, šių technologijų monitoriai dažniausiai būna mažesnio dydžio nei LCD, todėl rekomenduojame sumažinti ekrano dydį, kad būtų užtikrinama konkurencija. Siūlome šį reikalavimą išdėstyti sekančiai „LED, OLED arba lygiavertės technologijos vaizdo monitoriaus įstrižainė Ne mažiau 55.88 cm" " (kalba netaisyta).

Atsakymas į 1 siūlymą. Didesnė monitoriaus įstrižainė užtikrina geresnes galimybes tiksliau įvertinti matomą vaizdą, kas ypač svarbu atliekant ligų diagnostiką. Perkančioji organizacija, siekdama įsigyti jos poreikius atitinkančią įrangą bei įvertinusi tai, jog rinkoje yra pakankamai dalyvių, galinčių pasiūlyti reikiamo dydžio monitorius, pirkimo sąlygų nekeičia.

2 Siūlymas. Suinteresuotas pirkimo dalyvis teigia: "6 pirkimo dalies techninės specifikacijos punktas Nr. 26 skelbia „Palaikomų daviklių dažnių diapazonas Nuo ne daugiau 1 MHz iki ne mažiau 21 MHz". Prašome padidinti apatinę dažnių diapazono ribą iki 1.5 MHz. Toks pakeitimas neturėtų įtakos generuojamam ultragarsiniam vaizdui, o perkančioji organizacija galėtų sulaukti ekonomiškai naudingesnių pasiūlymų. Rekomenduojame šį parametą keisti sekančiai: "Palaikomų daviklių dažnių diapazonas Nuo ne daugiau 1.5 MHz iki ne mažiau 21.0 MHz" (kalba netaisyta).

Atsakymas į 2 siūlymą. Suinteresuoto tiekėjo siūlymas mažina perkamo objekto technines galimybes, todėl Perkančioji organizacija siekdama įsigyti jos poreikius atitinkančią medicininę įrangą bei atsižvelgdama į tai, jog rinkoje yra pakankamai dalyvių palaikančių pageidaujamą dažnių diapazoną, pirkimo sąlygų nekeičia.

3 Siūlymas. Suinteresuotas pirkimo dalyvis teigia: „6 pirkimo dalies techninės specifikacijos punktas Nr. 36 skelbia „Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimas". Siekiant užtikrinti, kad būtų įsigyjama aukštos/premium klasės ultragarsinė sistema, siūlome papildomai įsitraukti šį reikalavimą: „Pulsinės bangos doplerio režimas PRF $\leq 1,0 - \geq 22,0$ KHz" (kalba netaisyta).

Atsakymas į 3 siūlymą. Suinteresuoto pirkimo dalyvio siūlymas riboja kitų tiekėjų dalyvavimą pirkime.

4 Siūlymas. Suinteresuotas pirkimo dalyvis teigia: „6 pirkimo dalies techninės specifikacijos punktas Nr. 56 skelbia „Darbinis dažnių diapazonas Nuo ne daugiau 4,6 MHz iki ne mažiau 14 MHz". Pagal Jūsų pateiktas atliekamų tyrimų sritis siūlome linijinio daviklio viršutinę dažnių ribą padidinti iki 18MHz. Šis pakeitimas užtikrins, kad būtų galima kokybiškai atlikti visus perkančiosios organizacijos nurodytus tyrimus bei suteiks galimybę konkurse dalyvauti tik tiems tiekėjams kurie gali pasiūlyti aukštos klasės medicininę įrangą užtikrinančią perkančiosios organizacijos poreikius. Siūlome šį

reikalavimą išdėstyti sekančiai: „Darbinis dažnių diapazonas Nuo ne daugiau 4,6 MHz iki ne mažiau 18 MHz.“ (kalba netaisyta).

Atsakymas į 4 siūlymą. Suinteresuoto pirkimo dalyvio siūlymas riboja kitų tiekėjų dalyvavimą pirkime.

III. 9 pirkimo objekto dalis „Operacinis stalas“.

CVP IS priemonėmis 2025-07-01 d. 17 val. 29 min. buvo gautas suinteresuoto pirkimo dalyvio prašymas patikslinti 9 pirkimo objekto dalies „Operacinis stalas“ techninę specifikaciją. Tiekėjas prašo 23 techninės specifikacijos punktą "Motorizuotas stalviršio aukščio reguliavimas (aukštis nurodytas be čiužinio) - Ne siauresnėse ribose kaip nuo 680 iki 900 mm" pakeisti sekančiai: "Motorizuotas stalviršio aukščio reguliavimas (aukštis nurodytas be čiužinio) - Ne siauresnėse ribose kaip nuo 690 iki 900 mm". Tiekėjo teigimu 10 mm skirtumas neturėtų būti kritinis operacinio stalo funkcijų atlikimui.

Komisija, įvertinusi tiekėjo pastabas, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 6 d. nuostatomis, tame pačiame posėdyje priėmė sprendimą pirkimo procedūras dėl 9 pirkimo objekto dalies **nutraukti ir pirkimą skelbti iš naujo**, patikslinus techninės specifikacijos reikalavimus, taip užtikrinant didesniai tiekėjų skaičiui galimybę dalyvauti pirkime. **Pirkimo procedūros dėl 9 pirkimo objekto dalies yra nutraukiamos, prašome nebeteikti pasiūlymų dėl šios pirkimo dalies.**

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

Karolina Gumuliauskienė, +370 343 90082, karolina.gumuliauskiene@marijampole.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo sąlygų patikslinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-10 Nr. SA-7829 (35.3 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Įmonės, įstaigos, organizacijos
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-10 16:15
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250618.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-07-10)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-07-10 nuorašą suformavo Karolina Gumuliauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-