

IŠRAŠAS IŠ RINKOS KONSULTACIJOS (NR. 3094984)
„REAGENTAI IR PAPILDOMOS LABORATORINĖS PRIEMONĖS“
NUOLATINĖS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

DARBOTVARKĖ: dėl Tiekėjų pateiktų siūlymų/pastabų rinkos konsultacijai

SVARSTYTA: Tiekėjų pateiktų siūlymų/pastabų rinkos konsultacijai

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) gavo Tiekėjų pastabas dėl 2025-06-06 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS) skelbtos rinkos konsultacijos „**Reagentai ir papildomos laboratorinės priemonės**“ (rinkos konsultacijos Nr. 3094984).

1.Tiekėjas klausia:

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas	Komisijos atsakymas
3.	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos Projektui?	22 pozicija: Ar proteazė, gauta iš <i>Streptomyces griseus</i> , XIV tipo, gali būti $\geq 3,5$ vieneto/mg kietos medžiagos, nes tai nenurodyta. - 41 pozicija: Ar vietoj 10 x 550 ml būtų priimtina 5 x 100 ml? - 57.2 pozicija: Ar vietoj 4 x 50 ml būtų priimtina 40 x 5 ml?	22 pirkimo dalis. Tiekėjo siūloma proteazė atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. 41 pirkimo dalis. Techninėje specifikacijoje nurodyta pakuotė (10x50 ml) yra tik pageidaujama. Siūloma pakuotė (5x100 ml) atitinka bendrą, techninėje specifikacijoje nurodytą, turį ir bus vertinama kaip atitinkanti reikalavimus. 57.2 pozicija. Techninėje specifikacijoje nurodyta pakuotė (4x50 ml) yra tik pageidaujama. Siūloma pakuotė (40x5 ml) atitinka bendrą, techninėje specifikacijoje nurodytą, turį ir bus vertinama kaip atitinkanti reikalavimus.
3.	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos Projektui	45 pozicija: Prašome patikslinti, ar prašomi <i>Salmonella</i> O ir H agliutinacijos serumai (O:9; H:m ir H:g) gali būti siūlomi atskirai buteliukuose, atsižvelgiant į galimybę įsigyti vieną vienetą. Taip pat prašome nustatyti leistiną tūrio diapazoną ties 2–3 ml, nes rinkoje esančios standartinės pakuotės kartais skiriasi šiomis ribomis. - 46 pozicija: Prašome patikslinti, ar specifikacijoje nurodytas	45 pirkimo dalis. Patvirtiname, kad prašomi agliutinaciniai serumai gali būti siūlomi po vieną atskirą buteliuką. Techninėje specifikacijoje nurodytas kiekis yra tik pageidaujamas. Pasiūlyti galima ir kitokias pakuotes. Siekiant nesumažinti konkurencijos, ir patikslinti reikalavimus techninė specifikacija bus keičiama (45.1-45.3 pozicijos) nurodant atskirus serumus, ir serumo fasuotės ribas.

		antikūnų prieš Yersinia enterocolitica O:3, O:9 ir Y. pseudotuberculosis rinkinys yra priimtinas siūlyti kaip atskiri buteliukai, kurie kartu sudaro tyrimo rinkinį, o ne kaip vienas pakuotės vienetas. Taip pat prašome nustatyti leistiną kiekvieno buteliuko tūrio diapazoną nuo 2 iki 5 ml, atsižvelgiant į rinkoje esančius variantus. - 60 pozicija: Prašome nurodyti, ar prašomi dehidratuoti MacConkey agaro milteliai yra su tulžies druskomis, ar be jų.	46 pirkimo dalis. Patvirtiname, kad galima siūlyti ir atskirus buteliukus, kurie sudarytų pageidaujamą rinkinį. Techninėje specifikacijoje nurodytas kiekis yra tik pageidaujamas. Pasiūlyti bus galima ir kitokias pakuotes. Siekiant nesumažinti konkurencijos, ir patikslinti reikalavimus techninė specifikacija bus keičiama. 60 pirkimo dalis. Techninėje specifikacijoje nurodoma: reikalingi MacConcey agaro sausi milteliai. Tulžies druska nėra nurodyta, bet ji yra būtina Mac Conkey agaro dalis tad nėra poreikio ją nurodyti. Komisija sprendžia techninės specifikacijos nekeisti.
--	--	---	--

2.Tiekėjas klausia:

34	33696000-5	Dažai šlapimo nuosėdų mikroskopijai	Skirti dažyti šlapimo nuosėdas modifikuotu Sternheimerio supravitaliniu metodu.	100 ml	2	Siūloma pakuotė: 1x25 ml	Siūlomas kiekis: 8 pak.	Suma 336 Eur su 5 proc. PVM
----	------------	-------------------------------------	---	--------	---	--------------------------	-------------------------	-----------------------------

Komisija teikia atsakymą, jog techninėje specifikacijoje nurodyta pageidaujama pakuotė ir orientacinis poreikis. Galima siūlyti ir kitokias pakuotes svarbu, kad bendras kiekis nebūtų mažesnis nei nurodyta techninėje specifikacijoje.

3.Tiekėjas klausia:

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Specialieji reikalavimai	Pageidaujama pakuotė	Orientacinis poreikis	Siūlomos charakteristikos
50	Herpes simplex 1/2(HSV 1/2) viruso DNR nustatymo rinkinys	Reagentai skirti žmogaus Herpes simplex viruso 1/2 (HSV 1/2) nukleorūgščių nustatymui iš kraujo ir smegenų skysčio ėminių. Rinkinyje turi būti reagentai tikrąja laikės PGR atlikimui: kontrolės (teigiama, neigiama, vidinė), PGR mišinys ir kt.	rinkinys (1x100 tyr.)	18	Rinkinys tinkamas viruso nukleorūgštims nustatyti iš kraujo ir smegenų skysčio ėminių. Rinkinyje yra teigiama, neigiama ir vidinė kontrolės, PGR mišinys ir kitos reikalingos priemonės. Reagentai turi CE ir IVD ženklus.

54	Žmogaus herpes virusas 6 tipas (HHV-6)	<i>In vitro</i> diagnostikos rinkinys, skirtas HHV-6 viruso DNR nustatyti žmogaus kraujyje, plazmoje ir smegenų skystyje tikrąja PGR metodu. Rinkinyje turi būti: kontrolės (teigiama, neigiama, vidinė), PGR mišinys, ir kitos reikalingos priemonės nurodytam tyrimui kiekiui atlikti. Reagentai turi turėti CE ir IVD ženklinius (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti reagentų sertifikavimą pagal <i>In vitro</i> diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79 EC reikalavimus liudijančių dokumentų kopijas). Pateikti gamintojo tyrimo atlikimo instrukcijas. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.	rinkinys (1x100 tyr.)	1	Rinkinys tinkamas viruso DNR nustatyti iš kraujo, plazmos, smegenų skysčio tikrąja PGR metodu. Rinkinyje yra teigiama, neigiama ir vidinė kontrolės, PGR mišinys ir kitos reikalingos priemonės. Reagentai turi CE ir IVD ženklinius.
----	--	---	-----------------------	---	---

Komisija teikia atsakymą:

Dėl 50 pirkimo dalies. Techninėje specifikacijoje reikalaujama, kad „Reagentai skirti žmogaus Herpes simplex viruso 1/2 (HSV 1/2) nukleorūgščių nustatymui iš kraujo ir smegenų skysčio ėminių.“ Tiekėjas nurodo, kad jo siūlomi reagentai skirti Herpes simplex 1/2(HSV 1/2) viruso DNR nustatymui iš kraujo ir smegenų skysčio ėminių t.y. atitinka techninę specifikaciją. Peržiūrėjus reagentų metodiką prieinamą viešai Perkančioji organizacija nustatė, kad siūlomi reagentai nėra skirti Herpes simplex 1/2(HSV 1/2) viruso DNR nustatymui iš kraujo. Reagentai skirti nustatyti DNR tik iš kraujo plazmos ir neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų. Herpes simplex 1/2 (HSV 1/2) viruso didesnė koncentracija yra kraujyje, o ne kraujo plazmoje. Herpes simplex 1/2(HSV 1/2) viruso DNR nustatymas iš kraujo atitinka PO poreikius. Komisija sprendžia techninės specifikacijos pirkimo daliai Nr. 50 nekeisti.

Dėl 54 pirkimo dalies. Tiekėjo pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.

Apibendrinant, Komisija priima sprendimą tikslinti techninę specifikaciją. Techninės specifikacijos aktuali redakcija pridedama.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Keisti techninę specifikaciją (Aktuali redakcija pridedama).
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusius Tiekėjus bei kitus suinteresuotus kandidatus.