

LIETUVOS INŽINERIJOS KOLEGIJA

Viešoji įstaiga, Tvirtovės al. 35, LT-50155 Kaunas, tel. +370 37 308620, el. p. info@lik.tech
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111967869

Suinteresuotiems pirkimo ID 3326318	2025-07-15	Nr. V16-486
dalyviams ir kandidatams	Į 2025-07-08	Nr. 271823, 271863

DĖL ATSAKYMŲ Į PIRKIMO DALYVIO PAKLAUSIMUS IR DĖL 9 PIRKIMO OBJEKTO DALIES PIRKIMO PROCEDŪRŲ NUTRAUKIMO (PIRKIMO ID 3326318)

Lietuvos inžinerijos kolegijos (toliau – Perkančioji organizacija) viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), vykdanči Mokslinių tyrimų laboratorijos įrangos: elektronikos prototipavimo įrangos, pirkimą (toliau – pirkimas), (apie pirkimą paskelbta 2025-06-24 d. CVP IS, interneto adresu <https://viesiejiirkimai.lt/epps/cft/prepareViewCFTWS.do?resourceId=3326318>, pirkimo ID 3326318), 2025 m. liepos 8 d. CVP IS priemonėmis gavo Tiekėjo pranešimą dėl 9 pirkimo objekto dalies: „*Software defined radio (SDR) tyrimo įrangos komplektas – 1 kompl.*“ (toliau – 9 pirkimo dalis) techninės specifikacijos ir pranešimą dėl 8 pirkimo objekto dalies: „*Signalų generatorius - 1 vnt.*“ (toliau – 8 pirkimo objekto dalis) (pranešimo ID 271863):

Pranešimo ID	Pirkimo objekto dalis, dėl kurios teikiamas klausimas	Tiekėjo klausimas
271823	9 pirkimo objekto dalis: „ <i>Software defined radio (SDR) tyrimo įrangos komplektas – 1 kompl.</i> “.	„<...>. Techniniuose reikalavimuose yra nurodyta „ <i>Ne mažiau kaip 2 kanalų siustuvo – imtuvo blokas.</i> “ Prašome patikslinti ar du kanalai reiškia 1 imtuvo + 1 siustuvo kanalas ar turi būti siūloma 2 imtuvo + 2 siustuvo kanalai?
271863	8 pirkimo objekto dalies „ <i>Signalų generatorius - 1 vnt.</i> “.	„<...>. Techniniuose reikalavimuose yra nurodyta „ <i>Duomenų surinkimo dažniai, ne mažiau kaip: 250 MSa/s, 1 GSa/s, 2 GSa/s.</i> “ Prašome patikslinti ar signalų generatorius, kurio duomenų surinkimo dažnis su 2 x Interpoliavimu yra 2.4 GSa/s, tenkina aukščiau minimą techninį reikalavimą? Jeigu ne prašome paaiškinti kodėl netenkina?

Komisija, 2025-07-15 d. 08 val. 00 min. vykusio posėdžio metu išnagrinėjo Tiekėjo pranešimuose pateiktą informaciją ir nusprendė:

1. dėl 9 pirkimo objekto dalies :

1.1. **laikyti**, kad 9 pirkimo objekto dalies 9.1 p. nustatytas reikalavimas „*Ne mažiau kaip 2 kanalų siustuvo – imtuvo blokas*“ yra neaiškus, ko pasėkoje reikalinga atlikti 9 pirkimo objekto dalies Techninės specifikacijos 9.1 p. esminius keitimus, kurie galimai sudarytų galimybę daugiau tiekėjų dalyvauti pirkime bei būtų užtikrintas lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų laikymosi;

1.2. nutraukti 9 pirkimo objekto dalies Pirkimo procedūras, nes turi būti padaryti esminiai techninės specifikacijos 9.1 p. pakeitimai (vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 29 str. 4 d. ir pirkimų sąlygų 18.3 p.));

1.3. užbaigti 9 pirkimo objekto dalies procedūras, vadovaujantis VPĮ 29 str. 2 d. 3 p. Pasiūlymai 9 pirkimo objekto daliai negali būti teikiami. Jie tiekėjai jau pateikė pasiūlymus - juos turėtų atsiimti, pakoreguoti dėl nutrauktos 9 pirkimo objekto dalies ir pateikti iš naujo, kitu atveju pasiūlymai nutrauktoje 9 pirkimo dalyje nebus vertinami ir bus automatiškai atmesti.

2. dėl 8 pirkimo objekto dalies pateikti sekantį paaškinimą:

Pranešimo ID	Pirkimo objekto dalis, dėl kurios teikiamas klausimas	Tiekėjo klausimas	Atsakymas
271863	8 pirkimo objekto dalis: „Signalų generatorius - 1 vnt.“	<p>„<...>. Techniniuose reikalavimuose yra nurodyta „Duomenų surinkimo dažniai, ne mažiau kaip: 250 MSa/s, 1 GSa/s, 2 GSa/s“.</p> <p>Prašome patikslinti ar signalų generatorius, kurio duomenų surinkimo dažnis su 2 x Interpoliavimu yra 2.4 GSa/s, tenkina aukščiau minimą techninį reikalavimą?</p> <p>Jeigu ne prašome paašškinti kodėl netenkina?</p>	<p>Nekeisdami pirkimo sąlygų esmės paašškiname, kad techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 2.8 p. yra nurodyta, kad:</p> <p>“<...>Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą”.</p> <p>Taigi, Tiekėjai gali siūlyti ir daugiau, ir didesnius duomenų surinkimo dažnius (nes techninėje specifikacija to nedraudžia), tačiau siūlomas signalų generatorius turi būtina tenkinti techninės specifikacijos 8.1 p. nurodytus dažnius ir tai turi būti pagrįsta gamintojo dokumentais.</p> <p>Techninė specifikacija nebus koreguojama, ruošiant pasiūlymus prašome vadovautis nuo 2025-07-04 aktualia technine specifikacija.</p>

Komisijos pirmininkas

Nerijus Varnas