

**PRIETAISO DEFEKTINIS AKTAS Nr. D158063**

2025 m. balandis mėn. 1 d.

<b>VIETA</b>	Padalinys-vartotojas:		520000 V-AS OPERACINIS BLOKAS		
	Kabineto Nr.		Tel. Nr.		
<b>DUOMENYS</b>	<b>Pavadinimas:</b>	Ultragarsinis aspiratorius			
	<b>G-bos metai:</b>	2012	<b>Gam. Nr.</b>	FLV-12902	<b>Tipas:</b> SONASTAR
	<b>Ekspl.pradžia:</b>	2014-06-09	<b>Inv. Nr.</b>	7000006137	<b>Tiekėjas:</b> Apex Medicus UAB
	<b>Įsigijimo kaina:</b>	124125,93	<b>Lik. vertė:</b>	0,29	
<b>GEDIMO APRAŠYMAS</b>	Rankenos daugybiniai izoliacijos pažeidimai				
<b>SIŪLOMAS SPRENDIMAS</b>	Pakeisti ultragarsines rankenas naujomis				
	<b>Pavadinimas</b>	<b>Tipas</b>	<b>Kaina</b>	<b>Kiekis</b>	<b>Pastabos</b>
	Ultragarsinė rankena, trumpa, tiesi, CFSX6-H221/H321	Medž.	16133,33	2	
		Viso	32266,66		
	TBT sutartis	Sutarčių nėra		TP sutartis	Sutarčių nėra
	Remonto sutartis	tap Apex Medicus UAB		Metrologinė sutartis	Netikrinama

Medicinos technikos skyriaus inžinierius

Sigitas Tomkus