

**KAIŠIADORIŲ BENDRŪJŲ FUNKCIJŲ TARNYBA**

Biudžetinė įstaiga, Gedimino g. 118, LT-56166 Kaišiadorys, mob. +370 649 64640,  
el. p. [info@kaisiadorysbft.lt](mailto:info@kaisiadorysbft.lt). Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306139700

CVP IS Pirkimo ID 3570929  
Tiekėjams

2025-07- Nr. SD-

**DĖL ATSAKYMŲ PATEIKIMO Į PIRKIMO DALYVIO KLAUSIMUS**

Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnyba yra savivaldybės centrinė perkančioji organizacija (toliau – SCPO) vykdydama CVP IS priemonėmis supaprastintą viešąjį pirkimą ID 3051185 VšĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centro (toliau – Perkančioji organizacija) „Laboratoriniai reagentai ir priemonės tyrimams su tiekėjo panaudai suteikiamais analizatoriais VšĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centrui“ atviro konkurso būdu, 2025-07-14 18:22 val. gavo CVP IS pranešimą ID 279493, kuriame pateiktas Tiekėjo paklausimas.

SCPO Komisija, išnagrinėjusi gautą paklausimą, teikia atsakymą į jį.

**Klausimas Nr. 1** (kalba netaisyta):

Tiekėjas savo paklausime nurodo (kalba netaisyta).

„Laba diena,

Susipažinę su techninės specifikacijos reikalavimu „CRB matavimo ribos kraujyje – ne siauresnės negu 1,0–200 mg/l“, prašome Perkančiosios organizacijos įvertinti galimybę patikslinti šį reikalavimą į:

„CRB matavimo ribos kraujyje – ne siauresnės negu 2,5–200 mg/l“. Pirminės sveikatos priežiūros centruose, kuriose planuojama naudoti išigyjamą įrangą, sprendimai dėl infekcijos pobūdžio ir gydymo taktikos paprastai priimami remiantis CRB koncentracijomis  $\geq 5$  mg/l. Todėl analizatoriaus jautrumas iki 1,0 mg/l nėra būtinas praktiniam taikymui. Tokia praktika atitinka ir tarptautines gaires, kuriose nurodoma, kad pirminėje sveikatos priežiūros grandyje CRB vertinimas įgauna klinikinę reikšmę tik esant reikšmėms nuo 5 mg/l. Dauguma rinkoje prieinamų, ambulatorinėms sąlygoms pritaikytų CRB analizatorių turi apatinę matavimo ribą 2,0–3,0 mg/l, o tai yra laikoma kliniškai pakankamu jautrumu. Dėl to nustatyta apatinė riba (1,0 mg/l) gali neproporcingai susiaurinti rinkos dalyvių galimybes pateikti pasiūlymus, nors jų siūlomi sprendimai yra tinkami pagal paskirtį. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, prašome peržiūrėti nurodytą reikalavimą ir įvertinti jo tikslinimo galimybę, nes šiuo metu nustatytas reikalavimas dėl matavimo ribų yra neproporcingas pirkimo objektui, neatitinkantis ambulatorinių įstaigų realių klinikinių poreikių ir ribojantis konkurenciją.“

**Atsakymas Nr. 1.1.** Perkančioji organizacija išnagrinėjo Tiekėjo reikalavimą ir nutarė **netenkinti** šio prašymo. Perkančioji organizacija paaiškina, kad matavimo ribos buvo pasirinktos siekiant ne tik diferencijuoti virusines ir bakterines infekcijas, bet tuo pačiu įgyti ir turėti diagnostinį įrankį ultra jautriam CRB tyrimui 1-3 mg/l, kuris bendrosios praktikos gydytojui suteikia papildomos diagnostinės vertės vykdant širdies kraujagyslinių ligų prevenciją, nustatant naujagimių sepsį, pasikartojančius vainikinių arterijų sutrikimus ir būkles, susijusias su sisteminiu uždegimu

(tokias kaip, lėtinė plaučių liga (LOPL) ir reumatinis artritas). Pažymėtina, kad tokiu atveju Perkančioji organizacija taupo lėšas ir laiką, nes ultra jautrus CRB gali būti atliekamas vietoje. Atkreipiame dėmesį, kad Tiekėjui nėra draudžiama siūlyti aukštesnės matavimo ribos analizatorių, kadangi pateikiamos ribos „ne siauresnės“, t. y. to neriboja

Komisijos pirmininkas

Vytas Jacevičius

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	BĮ Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnyba
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL ATSAKYMŲ PATEIKIMO Į PIRKIMO DALYVIO KLAUSIMUS
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-07-16 Nr. SD-1579
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Kiti
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Vytas Jacevičius Direktorius pavaduotojas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-07-16 11:22
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-10-02 16:36 - 2028-09-30 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250618.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-07-16)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-07-16 nuorašą suformavo Neringa Armonavičienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-