

ATVIRO KONKURSO
„MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS“
(pirkimo ID numeris 3424985)
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

DARBOTVARKĖ. Dėl tiekėjo pateikto paklausimo.

SVARSTYTA. Tiekėjo pateiktas paklausimas.

2025-07-07 gautas Tiekėjo paklausimas dėl 2025-07-02 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) skelbto atviro konkurso „**Medicinos pagalbos priemonės**“ (pirkimo ID numeris 3424985) techninės specifikacijos.

Gal galite patikslinti pirkimo 14 dalį (Kaniulės akies priekinei kamerai)

1. Pasiūlyme kur kaniulių dydžiai kartojasi pozicijos. Ar čia susidubliavo ar turėtų būti kitos pozicijos.

2. tiesi 8 mm nuo viršūnės ? Galite patikslinti kokio dydžio (gauge sistema)?

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), apsvarsčiusi tiekėjo paklausimą dėl pirkimo dalies Nr. 14 „Kaniulė akies priekinei kamerai“ techninės specifikacijos, paaiškina, kad įvyko rašymo apsirikimas ir naikintinas punktas „0,4x22 mm (27G x 7/8)“, nes jis dubliuojasi techninėje specifikacijoje. Atsakant į tiekėjo paklausimą dėl gauge sistemos punkte „tiesi 8 mm nuo viršūnės“ informuojame, kad yra nurodyta prie dydžių: 0,4X 22 mm (27G x 7/8); 0,5X22 mm (25G x 7/8).

Techninę specifikaciją skaityti taip:

14. Kaniulė akies priekinei kamerai:

- sterili (simbolis ant pakuotės);
- vienkartinė (pažymėta simboliu);
- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU;
- individualiame įpakavime;
- užapvalintu galu;
- užlenkta 35° kampu 8 mm nuo viršūnės:
 - 0,4X 22 mm (27G x 7/8)
 - 0,5X22 mm (25G x 7/8)
 - 0,64 X22 mm(23G x 7/8)
 - 0,3 x 22 mm (30G x 7/8”)
 - tiesi, 8 mm nuo viršūnės:
 - 0,4X 22 mm (27G x 7/8)
 - 0,5X22 mm (25G x 7/8

Orientacinis poreikis: 80 000 vnt.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Informuoti tiekėjus apie Komisijos pateiktą informaciją Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.