

## Chirurginių siuvimo aparatų ir papildomų kasečių techninė specifikacija

Eilės Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomos parametru reikšmės
1.	Linijinis lenktas mechaninis siuvimo aparatas su peiliu	Orientacinis kiekis 310 vnt.	
1.1.	Reikalavimai siuvimo aparatui	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siūlė <math>51 \pm 1</math> mm ilgio, pjūvio ilgis <math>40 \pm 1</math> mm.</li> <li>2. Prietaise sumontuota audinius sulaikanti smeigė, kuri sulaiko audinį vietoje. Smeigę galima nustatyti rankomis arba paspaudus uždarymo rankeną.</li> <li>3. Prietaisas turi funkciją, neleidžiančią instrumento uždaryti, jei jame esanti kasetė panaudota arba kasetės nėra.</li> <li>4. Prietaisas neleidžia iššauti, jei uždarymo rankena nėra užfiksuota uždaroje padėtyje.</li> <li>5. Aparatas skirtas aktyvuoti ne mažiau kaip 6 kartus (galima su vienu aparatu panaudoti ne mažiau kaip 6 kasetes).</li> <li>6. Sterilus</li> <li>7. Aparatas užtaisytas 1.3 punkte pateiktus reikalavimus atitinkančia pasirinkto tipo kasete su kabutėmis (aparatai tiekiami ta pačia kaina, nepriklausomai nuo kasetės pasirinkimo).</li> </ol>	
1.2.	Reikalavimai siuvimo aparato rankenai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dviguba (su dviem valdymo rankenėlėmis);</li> <li>2. Pistoletų tipo, skirta dirbti viena ranka;</li> <li>3. Viena valdymo rankenėlė skirta aparato uždarymui, kita rankenėlė – aparato iššovimui.</li> </ol>	
1.3.	Reikalavimai siuvimo aparato kasetei	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lenkta.</li> <li>2. Kasetė suformuoja keturių eilių siūlę, sukabinamą ne mažiau kaip 46 titano kabėmis.</li> <li>3. Suformuojamos 3D formos kabutės.</li> <li>4. Kasetės paviršiuje turi būti iškilimai, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu;</li> </ol>	

		<p>5. Uždarytos kabutės aukštis pasirinktinai <math>1,5 \pm 0,1</math> mm (mėlynos spalvos) arba <math>2 \pm 0,1</math> mm (žalios spalvos). Kasetės tiekiamos ta pačia kaina, nepriklausomai nuo šio parametro pasirinkimo.</p> <p>6. Sterili (būtinai pažymėjimas ant pakuotės).</p> <p>7. Kasetės turi būti techniškai suderinamos su siūlomu siuvimo aparatu (<i>būtinai atitinkamas gamintojo patvirtinimas</i>)</p>	
2.	Papildomos kasetės linijiniam lenktam mechaniniam siuvimo aparatui su peiliu (atitinkančios 1.3 punkte pateiktus reikalavimus, su pasirinkto aukščio kabutėmis)	Orientacinis kiekis 680 vnt.	
3.	Žymėjimas CE ženklų	Būtinai žymėjimas CE ženklų. <i>Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklų liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.</i>	
4.	Naudojimo instrukcija	Kartu su prekėmis pateikiama, naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis.	

**Pastabos, papildomi reikalavimai:**

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.
2. Papildomos siuvimo aparatų kasetės gali būti tiekiamos pakuotėmis (ne po vieną kasetę), tačiau bendras siūlomas kiekis vienetais turi būti ne mažesnis už reikalaujamą.
3. Sterilūs siuvimo aparatai turi būti atitinkamai įpakuoti, sterilumo garantija  $\geq 1$  metai nuo prekių pristatymo (*būtinai atitinkamas tiekėjo patvirtinimas*).
4. Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų prekių atstovas arba turėti suderintą rašytinį susitarimą su gamintoju ar jo įgaliotu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis.
5. Tiekėjas / tiekėjo atstovas savo lėšomis praveda operacinės medicinos personalo apmokymą – supažindina su pateiktų siuvimo aparatų naudojimo ypatumais, bei visos sutarties metu atstovauja, techniniais klausimais tiekiamai prekei. (*pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimą*).