

**RINKOS KONSULTACIJOS DĖL
KLIMATINĖS KAMEROS PIRKIMO**

ATASKAITA

1. Lietuvos inžinerijos kolegija suinteresuotus dalyvius kvietė sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl Klimatinės kameros techninių specifikacijų.
2. Rinkos konsultacija paskelbta ir vykdoma pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (VPI) 27 str. 1 d. 1 p. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-19 įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo” (aktualios redakcijos) V skyriuje nustatytą tvarką.
3. Rinkos konsultacija CVP IS paskelbta 2025-06-14¹. Terminas tiekėjams pareikšti susidomėjimą ir dalyvauti rinkos konsultacijoje buvo iki 2025-06-18 d. 10:00 val. Lietuvos laiku.
4. Rinkos konsultacijoje dalyvavo 2 dalyviai. Užpildytą klausimyną pateikė du dalyviai.
5. Rinkos konsultacija buvo vykdoma vienu etapu, t. y. – Lietuvos inžinerijos kolegija kvietė rinkos dalyvius raštu atsakyti į kartu su Pirkimo techninėmis specifikacijomis pateiktą klausimyną.
6. Ši ataskaita yra parengta toliau nurodytu formatu:
 - 6.1. dalyvių pastabos ir pasiūlymai perkelti į Lietuvos inžinerijos kolegijos parengtą klausimyną (2 dalis);
 - 6.2. išvados (3 dalis).

¹ Rinkos konsultacijos ID 3221370 , nuoroda: <https://viesiejiirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=3221370>

2. ATSAKYMAI Į DALYVIŲ PASTABAS IR SIŪLYMUS

1 lentelė

Eil. Nr.	Klausimas	Dalyvio Nr. 1 nuomonė <i>(tekstas neredaguotas)</i>	Dalyvio Nr. 2 nuomonė <i>(tekstas neredaguotas)</i>	Perkančiosios organizacijos atsakymas
1.	Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas.	Taip	Turime pasiūlymų tech. Specifikacijai. Siūlome nustatyti temperatūros diapazoną: 5-70°C. Projekte reikalaujamas diapazones yra pernelyg didelis Šilimo greitis – 1 °C/min Vėsimo greitis - 3 °C/min Drėgmės diapazono pakaktų 10-90.	Atsakymas į Dalyvio Nr. 2 pastabas techninėje specifikacijoje: <i>nebus atsižvelgta į pastabą.</i> <u>Atsakymo argumentai:</u> Techninė specifikacija paruošta pagal Perkančiosios organizacijos planuojamų vykdyti tyrimų poreikį. Dalyvio Nr.2 pastabose pateikti techniniai parametrai netenkina Perkančiosios organizacijos poreikių.
2.	Ar techninėje specifikacijoje nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų sąrašas yra aiškus? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.	Taip	Atrodo taip.	Dalyviai pastabų nepateikė
3.	Ar techninėje specifikacijoje nurodytų kartu su prekėmis teikiamų dokumentų sąrašas yra aiškus ir ar galėsite juos pateikti?	Taip	Taip.	Dalyviai pastabų nepateikė

	Jeigu ne, nurodykite kurių dokumentų ir kodėl negalėsite pateikti kartu su prekėmis?			
4.	Ar prekių pristatymo terminas 4 (keturi) mėnesiai po sutarties pasirašymo yra pakankamas? Jei ne, prašome nurodyti savo siūlomą.	Taip (standartinis pristatymo terminas 4 – 5 savaitės)	Taip	Dalyviai pastabų nepateikė
5.	Kokia galėtų būti perkamos įrangos kaina su įrangos pristatymu, sumontavimu, įdiegimu, įrangos išbandymu, įrangos veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimu ir personalo apmokymo paslaugomis? Prašome nurodyti kainą Eur be PVM.	██████████	Kaina apie 8200 Eur/	-
6.	Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl.	Planuotume, jei būtų atsižvelgta į teikiamus pasiūlymus dėl techninės specifikacijos	Jeigu bus pakeisti reikalavimai į platesnius, mažiau ribojančius konkurenciją.	-
7.	Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos.	Pastebėjimai ir pasiūlymai nurodyti techninėje specifikacijoje:	-	Atsakymas į Dalyvio Nr. 1 pastabas techninėje specifikacijoje:
		TS 1.2. poz. Prašome pakeisti reikalavimą į 200±30 litrų mūsų siūlomo varianto vidinė talpa 228 litrai;		<i>bus atsižvelgta į pastabą dėl TS 1.2. pozicijos;</i>

		TS 1.4. poz. Siūlome koreguoti gylio reikalavimą į ne mažiau 440 mm. Mūsų siūlomo varianto vidiniai matmenys 735 x 700 x 440 mm;		<i>bus atsižvelgta į pastabą dėl TS 1.4. pozicijos;</i>
		TS 1.5. poz. Prašome koreguoti aukščio reikalavimą į ne didesnis kaip 1715 mm;		<i>bus atsižvelgta į pastabą dėl TS 1.5. pozicijos;</i>
		TS 1.20. poz. Siūlome pakeisti reikalavimą maitinimui, tokio dydžio ir galingumo klimatinėms kameros gali neužtekti 230V, siūlome keisti į 400V/ 50 Hz		<i>bus atsižvelgta į pastabą dėl TS 1.20. pozicijos iš dalies.</i>
8.	Jei Rinkos konsultacijos dalyviai teikia konfidencialius duomenis ir informaciją, turi aiškiai pažymėti, kurią informaciją laiko konfidencialia dėl jos komercinės (gamybinės) paslapties.	Siūlomas modelis ir kaina		Atsakymas į Dalyvio Nr. 1 atsakymą: konfidenciali informacija nebus viešinama.

3. IŠVADOS

3.1.Rinkos konsultacijoje dalyvavo 2 dalyviai.

3.2.Rinkos konsultacijos metu buvo pasiektas konsultacijos tikslas: dalyviai susipažino su pirkimo techninėmis specifikacijomis, reikalaujamais dokumentais, terminais ir pateikė atsakymus, pasiūlymus, pastabas.

3.3.Perkančioji organizacija į dalyvių pateiktus pasiūlymus dėl prekių pristatymo terminų atsižvelgia iš dalies.

3.4.Rinkos konsultacija yra užbaigiama.