

**POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VALDYBA**

Suinteresuotiems Tiekėjams

Siunčiama Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis

DĖL GAUTOS PRETENZIJOS NAGRINĖJIMO

Informuojame, kad Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) 2025 m. liepos 11 d. CVP IS priemonėmis gavo suinteresuoto dalyvio pretenziją Reagento DNR ištyrimui robotinei sistemai QIASymphony pirkime (CVP IS pirkimo ID 3561295) (toliau – pirkimas), kurioje teigiama „<...> Perkančioji organizacija pažeisdama Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas riboja potencialių tiekėjų konkurenciją. Nors specialiųjų pirkimo sąlygų 2.3. ir 2.4. punktuose numatyta, kad potencialūs rinkos tiekėjai tarsi gali teikti lygiavertį pasiūlymą, tačiau tiek pasiūlymo formoje, tiek techninėje specifikacijoje pateikiamuose techniniuose reikalavimuose imperatyviai numatyta, kad:

„Turi būti galimybė rinkinį naudoti su robotine (automatizuota) QIASymphony išskyrimo sistema.“

Pažymėtina, kad prekių pirkimas konkrečiai sistemai neleidžiant tiekėjams siūlyti savo alternatyvių sistemų panaudai pažeidžia konkurenciją ir viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus bei teismų praktiką.

Viešųjų pirkimų tarnyba dar 2016 metais nagrinėjo problematiką ir nurodė, kad „Siekiant laikytis Įstatymo nuostatų ir racionaliai naudoti lėšas, Tarnybos nuomone, perkančioji organizacija viešuoju pirkimu turėtų įsigyti įrangą ir reagentus bei eksploatacines medžiagas tyrimų atlikimui“ (žr. priedą Nr. 1). <...>“ (kalba neredaguota).

Rinkoje yra nemažai gamintojų, siūlančių kriminalistinius DNR išskyrimo rinkinius (pvz., ThermoFischer Scientific, Promega, Qiagen, Illumina, Analytik Jena, Bioneer, Norgen Biotek ir pan.). Pirkimo techninėje specifikacijoje nurodytas suderinamumo reikalavimas suteikia potencialiems tiekėjams aiškumo, koku tikslu ir koku įrenginiu bus naudojami jų siūlomi reagentai. Suderinamumas yra ypač svarbus norint užtikrinti sklandų DNR išskyrimo procesą, kuris, *inter alia*, apima ir šiuos aspektus:

a) atitikimą kriminalistiniams tyrimams keliamiems reikalavimams (pvz., standartas ISO 18385:2016);

b) techninių nesklandumų (aspiracijos klaidų ir/ar antgalių užsikimšimo, pratekėjimo) eliminavimą, turimą įrangą naudojant kartu su reagentais siūlomomis sąnaudinėmis medžiagomis;

c) esant reikalui, tiekėjas savo lėšomis atliks robotinės sistemos QIASymphony kalibravimą ir išskyrimo protokolų pritaikymą siūlomam reagentui.

Atkreipiame dėmesį, kad techninėse specifikacijose nenurodžius suderinamumo reikalavimo, kyla didelė rizika įsigyti netinkamą ar visai nesuderinamą su QIASymphony sistema reagentą, dėl ko sutriktų ar visai sustotų Perkančiojoje organizacijoje atliekami DNR tyrimai. Minėtus tyrimus atlieka akredituota laboratorija ir pagal standarto ISO 17025 reikalavimus kiekvienas naujas reagentas ir įranga prieš naudojimą turi būti validuoti (įteisinti) laboratorijoje.

Pirkimo Skelbiamos apklausos specialiųjų sąlygų 2.3. p. yra nurodyta: „Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“, todėl tiekėjai gali teikti pasiūlymus rinkiniams, tinkamiems naudoti su robotine (automatizuota) QIASymphony išskyrimo sistema arba lygiaverte.

Informuojame, kad pateikta pretenzija yra netenkinama. Pasiūlymų pateikimo terminas yra pratęsiamas iki 2025 m. liepos 25 d. 10.00 val.

Pirkimo organizatorė

Irma Liaukonė, tel. +370 700 60 798, el. p. irma.liaukone@policija.lt