



**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRINIS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,
el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Tiekėjams

Nr.
] Nr.

pateikiama CVP IS susirašinėjimo priemonėmis

DĖL TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO „KLŪDIKIO KRAITELIO PIRKIMAS“ ATVIRO KONKURSO

Vadovaujantis tarptautinio viešojo pirkimo „Kūdikių kraitelio pirkimas“ atviro konkurso specialiųjų sąlygų 1 priedo 4 punktu atsakome į tiekėjo pateiktą klausimą:

Klausimas: Termometrų gamintojas neturi CE sertifikato, tačiau turi aukštesnio lygio sertifikatą MDR. Juo sertifikuojama medicinos įranga, norint ją legaliai parduoti ES rinkoje. CE sertifikatas yra apskritai leidimas prekiauti ES rinkoje. Tačiau tokiais gaminiais negali naudotis profesionaliai (gydymo įstaigos).

Atsakymas: Kadangi MDR sertifikatas yra dokumentas, rodantis, kad medicinos prietaisas atitinka Europos Sąjungos Medicinos Prietaisų Reglamento (MDR) reikalavimus, laikysime jį tinkamu.

Skyriaus vedėja

Daiva Čeponienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO „KLŪDIKIO KRAITELIO PIRKIMAS“ ATVIRO KONKURSO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-21 Nr. 32-2-308
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Akcinės bendrovės, UAB, IAB'
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Čeponienė vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-21 10:24
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-21 10:25
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-24 18:38 - 2027-03-23 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250717.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-07-21)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-07-21 nuorašą suformavo Asta Vilutytė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-