

**MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: + 370 343 90 011, 90 062,
el. p. administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

Į el. pranešimą/-us

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PATIKSLINIMO

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo Medicininės įrangos tarptautinį pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2025 m. birželio 25 d. paskelbtas internetinėje svetainėje <http://www.marijampole.lt> ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) <https://viesiejipirkimai.lt>, Pirkimo Nr. 3326374.

Vadovaudamiesi Perkančiosios organizacijos Viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos (toliau – Komisija) 2025 m. birželio 20 d. posėdžio protokolu Nr. K-355 patvirtintų atviro (tarptautinio) konkurso Pirkimo sąlygų 10.2 punktu, teikiame atsakymą į suinteresuoto tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą rašytinį paklausimą:

I. 14 pirkimo objekto dalis „Ausų, nosies ir gerklės apžiūros lempa“.

CVP IS priemonėmis 2025-07-18 d. 15 val. 55 min. buvo gautas suinteresuoto pirkimo dalyvio prašymas patikslinti 14 pirkimo objekto dalies „Ausų, nosies ir gerklės apžiūros lempa“ techninę specifikaciją. Tiekėjas prašo pakeisti techninės specifikacijos 14 pirkimo dalies 4 punkto reikalavimą „akumuliatoriaus veikimo laikas ne mažiau 4 darbo valandų“ pakeisti sekančiai: „akumuliatoriaus veikimo laikas ne mažiau 3,5 darbo valandų“, kad galėtų sudalyvauti pirkime.

Atsakymas:

Perkančioji organizacija, vykdydama tarptautinį medicinines įrangos pirkimą, nustatė reikalavimą, kad 14 pirkimo dalyje numatyta įranga turi turėti akumuliatorių, kurio veikimo trukmė yra ne mažesnė kaip 4 darbo valandos.

Šis reikalavimas yra grindžiamas šiais principais:

1. Įrangos naudojimo specifika. Perkama įranga yra skirta naudoti aplinkoje, kurioje ne visuomet yra nuolatinis elektros energijos tiekimas (pvz., mobilios darbo vietos, transportavimas, avarinės situacijos ar laikinasis panaudojimas skyriuose, kuriuose netikėtai nutrūko elektros tiekimas). Todėl ilgesnis akumuliatoriaus veikimo laikas yra būtinas norint užtikrinti nepertraukiamą įrangos veikimą ir pacientų saugumą.

2. Pacientų saugumo užtikrinimas. Esant kritinėms situacijoms, kai įrangos veikimas turi būti tęsiamas be galimybės jos papildomai įkrauti, reikalaujamas

minimalus 4 valandų veikimo laikas užtikrina, kad įranga galės būti naudojama pakankamą laiką be pertrūkių, nepriklausomai nuo išorinių sąlygų.

3. Technologinis prieinamumas rinkoje. Rinkoje egzistuoja daugiau nei trys tiekėjai, kurie gali pasiūlyti ausų, nosies ir gerklės apžiūros lempą, kurios akumulatoriaus veikimo laikas 4 darbo valandos, t.y. atitinkančią techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Todėl šis kriterijus nėra perteklinis ar nepagrįstai ribojantis konkurenciją.

4. Proporcingumo principas. Atsižvelgiant į perkamų prietaisų paskirtį ir naudojimo scenarijus, reikalavimas dėl 4 val. akumulatoriaus veikimo yra proporcingas ir tiesiogiai susijęs su įrangos funkcionalumu bei tinkamumu užtikrinti paslaugų kokybę.

Atsižvelgiant į tai, laikome, kad reikalavimo sumažinimas iki 3,5 valandų nepagrįstai sumažintų įrangos funkcionalumą ir gali turėti įtakos jos tinkamumui naudoti numatytose situacijose. Pakeitus 14 pirkimo dalies 4 punkto reikalavimą perkančioji neįsigytų jos poreikius atitinkančios prekės.

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

Povilas Miliauskas, +370 343 90086, povilas.miliauskas@marijampole.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo sąlygų patikslinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-22 Nr. SA-8208 (35.3 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Įmonės, įstaigos, organizacijos
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-22 13:04
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250717.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-07-22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-07-22 nuorašą suformavo Povilas Miliauskas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-