



**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRINIS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,
el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Tiekėjams

Nr.
] Nr.

pateikiama CVP IS susirašinėjimo priemonėmis

DĖL TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO „KLŪDIKIO KRAITELIO PIRKIMAS“ ATVIRO KONKURSO

Vadovaujantis tarptautinio viešojo pirkimo „Kūdikių kraitelio pirkimas“ atviro konkurso bendrųjų sąlygų 5.4 punktu, patiksliname perkančiosios organizacijos 2025-07-21 pateiktą atsakymą „Atsakymas_3“ (rašto Nr. 32-2-308, CVP IS pranešimo ID 287223):

Paaiškiname, kad perkančiosios organizacijos pateiktas atsakymas į tiekėjo klausimą „Atsakymas_3“ yra dėl bekontakčio termometro, skirto kūno temperatūros matavimui, kuris yra viena iš techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 12 punkte nurodytų kūdikių priežiūros rinkinių sudarančių prekių, bet ne dėl termometro, skirto vandens temperatūros matavimui.

Taip pat informuojame, kad perkančiosios organizacijos 2025-07-21 pateiktas atsakymas į klausimą dėl bekontakčio termometro, skirto kūno temperatūros matavimui, „Atsakymas_3“ (rašto Nr. 32-2-308, CVP IS pranešimo ID 287223) **yra patikslinamas ir išdėstomas taip:**

„Klausimas: Termometrų gamintojas neturi CE sertifikato, tačiau turi aukštesnio lygio sertifikatą MDR. Juo sertifikuojama medicinos įranga, norint ją legaliai parduoti ES rinkoje. CE sertifikatas yra apskritai leidimas prekiauti ES rinkoje. Tačiau tokiais gaminiais negali naudotis profesionaliai gydymo įstaigos).

Atsakymas: bekontakčio termometras, skirtas kūno temperatūros matavimui, yra medicininė priemonė, kuriai taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/745 (toliau – Reglamentas), todėl jis visais atvejais **privalo būti paženklintas CE ženklu**. Kaip nurodyta Reglamento I skyriaus 2 straipsnio 43 punkte „CE atitikties ženklas arba CE ženklas – ženklas, kuriuo gamintojas nurodo, kad **priemonė atitinka taikytinus reikalavimus, nustatytus šiame reglamente** ir kituose taikytinuose Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose, kuriais numatomas ženklinimas šiuo ženklu.“ Tai reiškia, jog medicinos prietaisai, laikomi atitinkančiais Reglamentą, turi būti paženklinti CE ženklu.

Pagal Reglamento VIII priedo taisyklės medicininės priemonės klasifikuojamos į I, II a, II b ir III klases. Bekontaktis termometras, skirtas kūno temperatūros matavimui, priskiriamas II a klasei, todėl ši prekė ne tik privalo būti pažymėta CE ženklu, bet prie CE ženklo turi būti nurodytas ir

notifikuotos įtaigos numeris (keturženklis skaičius) (<https://vaspvt.lrv.lt/lt/medicinos-priemones-pagal-es-direktyvas/>“).

Skyriaus vedėja

Daiva Čeponienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO „KLŪDIKIO KRAITELIO PIRKIMAS“ ATVIRO KONKURSO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-23 Nr. 32-2-316
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Akinės bendrovės, UAB, IAB'
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Čeponienė vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-23 09:54
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-23 09:54
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-24 18:38 - 2027-03-23 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250717.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-07-23)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-07-23 nuorašą suformavo Asta Vilutytė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-