

**KAUNO KOLEGIJA**

**PRANEŠIMAS  
DĖL TIKSLINIMO**

2025-07-23

Informuojame, kad **tikslinama** III dalies techninės specifikacijos 2 eilutės reikalavimas.

Keičiamas iš „Ne siauresnės nei +3 °C nuo aplinkos temperatūros iki 70 °C“ į „Ne siauresnės nei +5 °C nuo aplinkos temperatūros iki 70 °C“.

Tikslinama informacija pateikiama atskiru failu .docx (dokumente pažymėta žaliai): 2.3 priedas III dalis Techninė specifikacija Inkubatorius Patikslinta.

Viešųjų pirkimų komisijos sekretorė



Elena Miežetytė