



LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

Viešoji įstaiga, A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas, tel. (0 37) 327200, el. p. rektoratas@lsmuni.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302536989

Suinteresuotiems tiekėjams

I

2025-07-24

Nr. VPT2-1142

Nr.

DĖL PAKLAUSIMO

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Perkančioji organizacija) viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) vykdydama „Veterinarinių mikroskopų (mikroskopo, mikroskopo spermos analizei, mėginių mikroskopavimo diagnostinės sistemos) pirkimas“ atviro konkurso būdu (toliau – pirkimas), (apie pirkimą paskelbta 2025-07-17 10:00 val., interneto adresu <https://viesiejipirkimai.lt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3698285>, pirkimo ID 3698285), 2025-07-10 d. 11:12 val. CVP IS priemonėmis iš Tiekėjo gavo Pranešimą ID 289778 „Paklausimas“ (toliau – Paklausimas).

2025 m. liepos 23 d. 14:00 val. vykusio posėdžio metu, Komisija išnagrinėjo gautą Tiekėjo paklausimą ir nutarė atsakyti sekančiai:

Paklausime Tiekėjas nurodo, kad: „<...> 1. Mikroskopas su ne prasčiau kaip: HD kamera ir LCD ekranu tepinėlių mikroskopavimui, su pritaikyta veterinarine programa „Software“ prijungimui prie kompiuterio. Terminas „veterinarinė programa“ yra abstraktus, todėl prašome nurodyti, kokias funkcijas turi atlikti minima programa. <...>“.

Atsakymas:

Pirkimo dokumentuose, 1 pirkimo objekto dalyje, priedo Nr. 1, techninėje specifikacijoje 1 p. nurodyta „veterinarinė programa „Software““ reiškia, kad kartu su mikroskopu turi būti pateikiama **standartinė gamintojo mikroskopo valdymo programinė įranga**, skirta:

- vaizdo iš mikroskopo peržiūrai realiuoju laiku,
- vaizdo fiksavimui (nuotraukų ir/ar vaizdo įrašų),
- pagrindinėms analizės ir saugojimo funkcijoms.

Papildomų ar specializuotų funkcijų (pvz. dirbtinio intelekto analizės, duomenų bazių valdymo ar pan.) nereikalaujama.

Terminas „veterinarinė“ šiuo atveju reiškia, kad programinė įranga turi būti **tinkama naudoti veterinariniuose tyrimuose**, t. y. leidžianti atlikti ir dokumentuoti kraujo, citologinius ar histologinius tyrimus pagal paskirtį, kaip nurodyta priede Nr. 1, techninės specifikacijos 2 punkte.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė

Loreta Chaziachmetova

Viešųjų pirkimų tarnybos vyresnioji specialistė Loreta Chaziachmetova, tel.: (+370 37) 372173, loreta.chaziachmetova@lsmu.lt