

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

SVĖRIMO ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (aktualia redakcija), 4.4.4.4. punktu 4.4.4.4. <...prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;...>

Tiekėjas svarstyklių ir įrangos montavimo darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Kartu su pasiūlymu pateikiami atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

Tiekėjo siūloma įranga turi atitikti Lentelėje Nr. 1 „Svėrimo įrangos techninė specifikacija“ nustatytus reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjai turi pateikti užpildytą Lentelę Nr. 1 „Svėrimo įrangos techninė specifikacija“ bei pateikti lentelėje nurodytus techninius dokumentus.

Lentelė Nr. 1 „Svėrimo įrangos techninė specifikacija“

	Techniniai reikalavimai, rodikliai	Siūlomos įrangos parametrai ir atitikimą įrodantys dokumentai (pateikiami kartu su pasiūlymu)
Tipas	Automobilių svarstyklės, montuojamos ant paviršinių pamatų.	
Kiekis	1 vnt	
Svorio davikliai	Skaitmeniniai, ne mažiau nei 30 t., III tikslumo klasės.	
	Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP68	
	Medžiagiškumas – nerūdijantis plienas.	

	Darbinė temperatūra – ne mažiau nei nuo –30°C iki +70°C	
	Integruota vidinė elektronikos apsauga nuo žaibų iškvos .	
	Daviklyje integruotas šarvuotas kabelis.	
Metalinė svarstyklių platforma, 1 vnt	Sumontuotos platformos matmenys ne mažiau nei: plotis 3 m, ilgis 18 m.	
	Paviršius rifliuotas.	
	Montavimo tipas – stacionarus, montuojamos ant paviršinių pamatų	
	Svarstyklių platformos konstrukcija transporto priemonių svėrimui iki 60 tonų.	
	Platformos aukštis nuo pamato ne daugiau 30 cm	
Apsauginiai bortai ,1 kompl.	Cinkuoti apsauginiai šoniniai bortai prie svarstyklių	
Svėrimo terminalas, 1 vnt	Medžiagiškumas – nerūdijantis plienas.	
	Ekranas – Spalvotas ekranas, ne mažesnis nei 7 colių, lietimui jautrus.	
	Vidinė atmintis įrašams ir duomenų bazėms saugoti	
	Galimybė sukurti automobilių, įmonių, sveriamų produktų ar kitų identifikatorių duomenų bazę.	
Savitarnos terminalas, 1 vnt	Ne mažesnis nei 15 colių ekranas	
	Tinkamas darbui lauke	
	Ryškus ne mažesnis nei 1000 „nits“	
	Ne blogesnis nei Intel Core i3 procesorius	
	Monitorius apsaugotas papildomu stogeliu nuo saulės ir lietaus	
Svėrimo sistemos programinė įranga, 1 vnt.	Svėrimo programinė įranga turi turėti galimybę išplėtimui į Cloud (debesų saugyklų pagrindu veikiančią technologiją) duomenų apsikeitimui su kitomis programomis susijusiomis su biokuro kokybės nustatymu ir apskaita. Programinė įranga turi turėti integracinę sąsają su Tarptautine	

	biokuro biržos „Baltpool“ elektronine prekybos platforma (API techninis aprašymas skelbiamas internetinėje svetainėje http://api.baltpool.eu/api/doc).	
Kameros, 3 vnt	Svarstyklių priekyje, gale ir iš viršaus įrengti vaizdo stebėjimo kameras nuotraukų fiksavimui transporto priemonės iš priekio, galo ir viršaus.	
Informacinė švieslentė, 1 vnt	LED spalvota, skirta laukui su TCP/IP sąsaja. Dydis ne mažiau 64x32 cm; darbo temperatūra ne mažiau -30 / +70 C, apsaugos klasė ne mažiau IP65. Turi veikti kaip šviesoforas, atvaizduoti svarstyklių svorį bei rodyti informacinius tekstinius pranešimus	
Darbai	Darbai: - Paviršinių pamatų įrengimas su užvažiavimo/nuvažiavimo rampa - Stulpų kameroms ir švieslentei įrengimas prie svarstyklių - Svarstyklių sumontavimas - Apsauginių šoninių bortų montavimas - Svarstyklių ir elektroninės įrangos montavimas - Metrologinė patikra - Programinės įrangos įdiegimas ir konfigūravimas - Personalo mokymai	
Reikalavimai rangovui	Turėti ir pateikti galiojančius ISO 14001:2015 ir 9001:2015 sertifikatus. Turėti ir pateikti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą galiojantį elektros įrenginių įrengimui reikalingą atestatą. Turėti ir pateikti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos	

	išduotą galiojantį energetikos įrengimų eksploatacijai reikalingą atestatą	
Garantija	Plieninei svarstyklių konstrukcijai – 36 mėn. Svorio davikliams - 48 mėn. Visai kitai įrangai ir darbams – 24 mėn.	
Terminai	Įrangos pristatymas, darbai – 4 mėn.	

Remonto grupės vadovas Antanas Petraitis