

ATSAKYMAS Į PAKLAUSIMĄ
VIEŠAJAME PIRKIME „MEDICININĖ ĮRANGA VŠĮ RASEINIŲ PSPC, PIRKIMO ID
3724693

VšĮ Raseinių ligoninė (toliau – perkančioji organizacija) supaprastinto atviro konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą „medicininė įranga VšĮ Raseinių PSPC“ (skelbimas apie pirkimą skelbtas 2025-07-17 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), pirkimo Nr. 3724693 (toliau - Pirkimas). Perkančioji organizacija 2025-07-21 CVP IS priemonėmis gavo tiekėjo prašymą (CVP IS pranešimas Nr. 288096), tikslinti Elektrokardiografo techninę specifikaciją.

“1 pirkimo dalies techninės specifikacijos punktas Nr. 1.5. skelbia „Filtrai Ne blogiau nei $20\pm 5\text{Hz}$, $35\pm 5\text{Hz}$, 100Hz ir 150Hz .“ ir pašalinti 100Hz reikalavimą.

Informuojame, kad perkančioji organizacija netenkins šio prašymo, nes rinkoje yra žinomi daugiau kaip trys tiekėjai, kurių siūlomi EKG aparatai atitinka aukščiau paminėtą TS reikalavimą. Šiuo pirkimu yra užtikrinama konkurencija ir nėra jokios diskriminacijos pirkime.

Apie Pirkimo komisijos priimtą sprendimą išnagrinėjus prašymą informuojamas prašymą pateikęs tiekėjas ir prie pirkimo prisijungę tiekėjai.

Viešojo pirkimo komisija