

**IMPLANTUOJAMIESIEMS ELEKTROKARDIOSTIMULIATORIAMS,
KARDIOVERTERIAMS DEFIBRILIATORIAMS
IR STIMULIACINIAMS ELEKTRODAMS ĮSIGYTI
NUOLATINĖS VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLO IŠRAŠAS**

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo siūlymo pateikto rinkos konsultacijai

SVARSTYTA:

Nuolatinė viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) apsvaustė tiekėjo siūlymą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtai rinkos konsultacijai dėl implantuojamųjų elektrokardiostimuliatorių, kardioverterių defibriliatorių ir stimuliacinių elektrodų pirkimo (Nr. 3446243).

Tiekėjo siūlymas: „<...> Pirkimo dalis Nr. 1, techninės charakteristikos 22 dalis: siūloma koreguoti „Stimuliatorius ir elektrodai turi būti pritaikyti atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimą iki 1,5 arba 3 Teslos stiprumo SAR $\leq 2\text{W/kg}$ magnetiniu lauku.“

Argumentai:

1. Bipoliniai CRT-P dažniausiai skirti prietaiso keitimo operacijoms, kai pacientui jau yra implantuoti elektrodai, kurie dar nebuvo sertifikuoti 3 Teslos stiprumo magnetiniam laukui.
2. Ženkliai apribojama konkurencija tokio tipo, senesnės kartos prietaisams ir sumažinama galimybė gauti geriausią rinkos kainą.
3. Pirkimo dalyje Nr. 10, techninės charakteristikos 8 dalis: reikalavimas bipoliniam elektrodai, kuris retais atvejais implantuojamas su šiuo bipoliniu prietaisu, yra „Elektrodas turi būti pritaikytas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimą iki 1,5 Teslos stiprumo SAR $\leq 2\text{W/kg}$ magnetiniu lauku <...>“.

Komisija, apsvaustėsi tiekėjo siūlymą ir argumentus, sprendžia koreguoti pirkimo dalies Nr. 1 „Resinchronizuojantis trikamerinis EKS, turintis dažnio adaptacijos funkciją (CRT-P)“ techninės specifikacijos 22 punkto reikalavimą, jį išdėstant taip: „Stimuliatorius ir elektrodai turi būti pritaikyti atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimą iki 1,5 arba 3 Teslos stiprumo SAR $\leq 2\text{W/kg}$ magnetiniu lauku.“

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Koreguoti pirkimo dalies Nr. 1 techninės specifikacijos 22 punkto reikalavimą kaip nurodyta aukščiau.
2. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.
3. Apie Komisijos sprendimą informuoti paklausimą pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.