

PATVIRTINTA  
Perkančiosios organizacijos  
Viešųjų pirkimų komisijos 2025-  
07-28 protokolu Nr. PR-16401/25

**DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „LABORATORINIAI BALDAI, TRAUKOS SPINTOS IR LAMINARAI“ II PIRKIMO OBJEKTO DALIES „TRAUKOS SPINTOS IR REAGENTŲ SPINTA SU TRAUKA“ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TIKSLINIMO**

Informuojame, kad vadovaujantis Viešojo pirkimo atviro konkurso bendrųjų sąlygų 5.4 p. nuostata, kai perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus bet kuriuo metu nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, **patiksliname II pirkimo objekto dalies „Traukos spintos ir reagentų spinta su trauka“ 2-os pozicijos „Reagentų spinta su trauka“ techninės specifikacijos 1-mo rodiklio „Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm)“ reikalaujamą reikšmę iš „900x470x2050 mm (paklaida nedaugiau kaip 5 %)“ į „1197x603x1965 mm (paklaida nedaugiau kaip 5 %).**

PRIDEDAMA: 2.2. priedas TS II dalis Traukos spintos ir reagentų spinta su trauka – (aktuali redakcija 2025-07-28), 6 puslapiai.

Viešojo pirkimo komisijos sekretorė



Vilma Mykolaitienė