



SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Biudžetinė įstaiga. LT-98112 Skuodas, Vilniaus g. 13, tel. 0 440 73 932, el. paštas savivaldybe@skuodas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751834.

Suinteresuotiems viešojo pirkimo ID
3760902 tiekėjams

2025-07-29

Nr. (33.1)-VP3-

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS PAKLAUSIMUS

Pateikiame atsakymus į paklausimus gautus supaprastinto atviro konkurso „Laboratorijos baldai“ pirkimui ID 3760902.

1 Klausimas. Traukos spinta, punktas 6.3 „*Spintoje turi būti sumontuotas ventiliatorius, kurio įsiurbimo greitis ne mažiau nei 2800 m/val., +-30 m/val. o garso lygis ne daugiau nei 50dB +-2dB.*“ Prašome patikslinti kodėl yra rašoma „įsiurbimo greitis“, kadangi įprastai ventiliatoriaus oro ištraukimui įvertinti naudojamas našumas bei vertinama m³/h. Norint sužinoti ištraukimo greitį, tuomet reikia taip pat žinoti ištraukimo angos išmatavimus, kurių nėra nurodyta pirkimo dokumentuose. Jei yra kalbama apie „face velocity“, tuomet gaunasi greitis 0,8 m/s, kas yra per daug. Jei yra prašoma našumo 2800 m³/h, toks ventiliatorius yra gerokai per galingas tokių išmatavimų traukos spintai bei gali kilti papildomų problemų kaip: per didelis traukos greitis, pašalinis triukšmas, gali būti sukuriama turbulencija ir medžiagos gali būti ištrauktos į patalpą, diskomfortas naudojant traukos spintą. Įprastai tokio dydžio traukos spintai pakanka apie 1000 m³/h ištraukimo našumo.

1 Atsakymas. Reikalavime nurodytas įsiurbimo greitis 2800 m/val. pasirinktas vadovaujantis EN 14175 standartu, kuris laboratorinėms traukos spintoms rekomenduoja 0,5–0,8 m/s diapazoną kaip užtikrinantį saugų darbo zonos apsaugos lygį. Garso lygio ribojimas 50 dB ±2 dB nustatytas pagal ISO 3744 metodiką, matuojant 1 m atstumu nuo įrenginio. Ši riba užtikrina, kad darbo vietoje triukšmas išliktų komforto ribose. Papildomai pažymime, kad 0,8 m/s greitis neviršija tarptautinėse rekomendacijose nurodytų ribų ir nekelia turbulencijos pavojaus, jei ventiliacija tinkamai sureguliuojama.

2 Klausimas. Traukos spinta, punktas 6.4 „*Spintos viduje turi būti sumontuota liuminescencine apšvietimo lempa. Spintos viduje turi būti sumontuotas ne mažiau 12 mm +-2mm PHENOLIC TRESPA arba lygiavertės medžiagos atsparus cheminiams skysčiams stalviršis su specialiai jame išlieta kriaukle, kurios išmatavimai ne mažesni nei 210 x 130 x 100 mm (+-20mm). Vandens čiapas turi būti atsparus korozinei aplinkai ir padengta stipriais poliesterio milteliais.*“ Prašome patikslinti iš kokios medžiagos turi būti kriauklė. Galima suprasti, jog turi būti pagaminta iš PHENOLIC TRESPA medžiagos, tačiau tai yra presuojama medžiaga, iš kurios kriauklės technologiškai neįmanoma išlieti. Tokia konstrukcija gali būti įgyvendinama tik naudojant kitas medžiagas (polipropileno, plieno ir t.t..). Taip pat, TRESPA yra konkretaus gamintojo pavadinimas, taigi lygiavertiškumas bus vertinamas ar medžiaga yra fenolio dervos plokštė atspari cheminiams skysčiams, ar pagal kokius parametrus?

2 Atsakymas. Stalviršis turi būti pagamintas iš fenolio dervos pagrindu presuotos plokštės (pvz., TRESPA arba lygiavertė) 12 mm \pm 2 mm storio, atsparios cheminiams skysčiams ir mechaninėms apkrovoms. Stalviršyje turi būti integruota kriauklė, pagaminta iš cheminiams skysčiams atsparios medžiagos (pvz., polipropileno arba nerūdijančio plieno su apsauginiu padengimu), kurios matmenys ne mažesni kaip 210 x 130 x 100 mm (\pm 20 mm).

Šie paaiškinimai / patikslinimai yra neatskiriama Pirkimo dalis.

PASTABA. Konkurso sąlygos ir jos priedai, paaiškinimai bei patikslinimai skelbiami CVP IS adresu <https://viesiejipirkimai.lt>.

Komisijos pirmininkė

Eglė Bertašienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Skuodo rajono savivaldybės administracija 188751834, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų į gautus paklausimus
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-29 Nr. VP3-501
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Bertašienė, Skyriaus vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	EGLĖ BERTAŠIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-29 15:37:49 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-29 15:38:05 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-08 11:47:46 – 2027-04-07 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.84.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-07-29 15:38:43)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-07-29 15:38:43 DBSIS