

Suinteresuotiems tiekėjams

2025-07-29, Nr. F22-126

TVIRTINTA
Viešojo pirkimo komisijos
2025 m. liepos 29 d.
protokolu Nr. PR-16406/25

**DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS DĖL ĮVAIRIŲ ANALIZATORIŲ IR KITOS
PANAŠIOS ĮRANGOS PIRKIMO SĄLYGŲ (CVP IS NR. 3585113)**

Teikiame atsakymus į klausimus, teiktus dėl *Įvairių analizatorių ir kitos panašios įrangos III* pirkimo objekto dalies „Kietumo nustatymo analizatorius“ pirkimo sąlygų:

Klausimas 1.

Prašome nurodyti standartą pagal kurį bus atliekami tyrimai.

Atsakymas į 1 klausimą.

Tyrimai bus atliekami remiantis ISO 5492:2008 standartu (maisto produktų tekstūros analizės terminologija), taip pat gali būti taikomas Warner–Bratzler metodas arba kiti lygiaverčiai tarptautiniai standartai ar metodai, naudojami maisto produktų mechaninių savybių (pvz., kietumo, deformacijos, tekstūros) nustatymui.

Tiekėjas gali pasiūlyti įrangą, kuri leidžia atlikti tyrimus pagal šiuos arba lygiaverčius metodus. Taikomi metodai turi užtikrinti tyrimo patikimumą, tikslumą ir būti pritaikyti maisto produktų analizei.

Viešojo pirkimo sekretorė



Vilma Mykolaitienė