

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO
„KANIULĖS IR VIENKARTINĖS PRIEMONĖS,
SKIRTOS KARDIOCHIRURGINĖMS OPERACIJOMS“

DARBOTVARKĖ: dėl Tiekėjo siūlomų pastabų rinkos konsultacijoje.

SVARSTYTA: Tiekėjo siūlomos pastabos rinkos konsultacijoje.

2025-06-17 gauti Tiekėjo siūlymai dėl 2025-06-11 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbto „**Kaniulės ir vienkartinės priemonės, skirtos kardiochirurginėms operacijoms**“ (Nr. 3165967) techninės specifikacijos rinkos konsultacijos projekto:

Tiekėjas pateikia siūlymus:

Nr. 2 Koronarinis siurblys suaugusiems.

siūlome atsisakyti: vidinis įsiurbimo angos diametras turi būti $4,0 \pm 0,2$ mm.

Viešojo pirkimo komisija (toliau-Komisija) išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai **Nr. 2 „Koronarinis siurblys suaugusiems“**, nesutinka naikinti techninės specifikacijos reikalavimo „*vidinis įsiurbimo angos diametras turi būti $4,0 \pm 0,2$ mm*“, kadangi šis reikalavimas yra pagrįstas klinicine praktika ir pacientų saugumo užtikrinimu. Širdies chirurgijos klinikoje ankstesnėje veikloje buvo susidurta su neigiamomis pasekmėmis, naudojant siurblius su per didelėmis įsiurbimo angomis, todėl specifikacijoje nurodytas parametras yra būtina prevencinė priemonė siekiant išvengti netinkamos įrangos įsigijimo. Pažymėtina, kad šį reikalavimą atitinka ne vienas rinkoje esantis gamintojas, todėl nėra objektyvaus pagrindo specifikacijos koregavimui.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Nekeisti techninės specifikacijos reikalavimų pirkimo daliai Nr. 2.
2. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti siūlymą pateikusį tiekėją ir suinteresuotus dalyvius.