

IŠRAŠAS IŠ ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO)
„MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS“
(pirkimo numeris 3763168)
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl Tiekėjo pateikto paklausimo pirkimo daliai Nr. 8.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktas paklausimas pirkimo daliai Nr. 8.

2025-06-19 gautas Tiekėjo paklausimas dėl 2025-07-22 skelbto atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „Medicinos pagalbos priemonės“ (pirkimo Nr. 3763168) pirkimo dalies Nr. 8. „Juostelės fluoresceino arba lygiavertės (oftalmologinės)“ (toliau – pirkimo dalis Nr. 8) techninės specifikacijos reikalavimų.

Tiekėjas paklausime prašo <...> *peržiūrėti techninės specifikacijos 8 pirkimo dalies reikalavimą "išmatavimai" ir jį patikslinti. Šiame pirkime numatyta: „išmatavimai: plotis 5 ± 1 mm, ilgis 15 ± 1 mm.“ Prašome patikslinti reikalavimą į: „išmatavimai: plotis 5 ± 1 mm, ilgis 16 ± 1 mm.“ Siūlomos fluoresceino juostelės yra medicininės paskirties, atitinkančios visus kokybės ir sterilumo reikalavimus, skirtos naudoti oftalmologijoje, ir jų ilgis – 16 ± 1 mm – atitinka įprastus rinkos standartus. Siūlomas ilgio skirtumas yra nereikšmingas, neturintis įtakos nei produkto paskirčiai, nei naudojimo rezultatui.*

Tiekėjo vertinimu, dėl nežymaus ilgio skirtumo nepagrįstai ribojama jo galimybė dalyvauti konkurse, o nustatytas reikalavimas laikytinas pertekliniu ir neproporcingu (pagal VPĮ 17 str.). Tiekėjas pažymi, kad rinkos konsultacijos metu pateikė pasiūlymą dėl techninės specifikacijos tikslinimo, tačiau, tikėtina, kad jis nebuvo suprastas kaip konkretus prašymas. Atsižvelgiant į tai, tiekėjas pakartotinai prašo koreguoti pirkimo dalies Nr. 8 techninės specifikacijos ilgio reikalavimą į 16 ± 1 mm, siekiant sudaryti sąlygas konkurencijai ir išlaikyti pirkimo objekto funkcionalumą.

Viešojo pirkimo komisija (toliau-Komisija) išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą paklausimą vadovaudamasi pirkimo dokumentų nuostatomis, atsako, jog nesutinka keisti techninės specifikacijos reikalavimo iš „išmatavimai: plotis 5 ± 1 mm, ilgis 15 ± 1 mm“ į reikalavimą „išmatavimai: plotis 5 ± 1 mm, ilgis 16 ± 1 mm“. Komisijos vertinimu, numatyta paklaida (± 1 mm) suteikia galimybę dalyvauti tiekėjams, siūlantiems gaminius, kurių ilgis yra 14, 15 ar 16 mm. Todėl šis reikalavimas nelaikomas konkurenciją ribojančiu. Atsižvelgiant į tai, prašoma Tiekėjo teikti prekę, atitinkančią techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti paklausimą pateikusį Tiekėją ir suinteresuotus dalyvius.