



KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LIGONINĖ

Viešoji įstaiga, Liepojos g. 41, 92288 Klaipėda, tel. (0 46) 396600, el. p. kul@kul.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306207585

Suinteresuotiems tiekėjams
CVP IS priemonėmis

2025-07-31

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO, VYKDANT ATVIRĄ (SUPAPRASTINTĄ) KONKURSA „BEŠEŠĖLINĖS OPERACINĖS LEMPOS“, PIRKIMO NR. 3840549

CVP IS priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo:

1 klausimas dėl 1.1.18 punkto:

Prašau paaiškinti: 1.1.18

Pagalbinio modulio pritaikymas naudojimui minimaliai invazinių operacijų metu Būtinai endoskopinis darbo režimas: a) atskiras žalios spalvos apšvietimas: b) maksimali apšvieta < 2000 liuksų.

- a) *atskiras žalios spalvos apšvietimas: - kur jis turi būti instaliuotas? tame pačiame kupole dar atskira žalia šviesa? ar kaip ?*

Atsakymas:

- a) Jis turi būti instaliuotas tame pačiame kupole.

2 klausimas dėl 1.1.27 punkto:

Prašau paaiškinti: 1.1.27:

Operaciniai šviestuvai padengti specialiais dažais, kurie mažina bakterijų sukibimo galimybę bei palengvina valymą Būtina

Šviestuvai padengti valymui ir dezinfekcijai atspariais dažais. Ar to pakanka? Kokiais dokumentais gali būti pagrįstas šio reikalavimo išpildymas ??

Atsakymas:

Šis punktas turi būti pagrįstas gamintojo dokumentais. Tokie informacija neretai būna pateikiama prekių aprašyme arba vartotojo vadove.

1. Techninės specifikacijos su dažų aprašymu.
2. Patvirtinimo, kad šviestuvai padengti antibakteriniais dažais arba mažinančiais bakterijų sukibimą.
3. Sertifikatų arba bandymų ataskaitų pagal ISO 22196 ar kitus standartus

3 klausimas dėl 1.1.30 punkto:

Prašau paaiškinti, kiek tvirtinimo alkūnių ar vietų šviestuvai turi turėti pagal šį reikalavimą:

1.1.30 Papildomų modulių tvirtinimo galimybė: Operacinio šviestuvo tvirtinimo mazgas privalo turėti ne mažiau kaip 2 rezervines (laisvas) vietas papildomiems moduliams tvirtinti su funkcinėmis alkūnėmis (papildomam operacinio šviestuvo moduliui (kupolui), operacinio lauko vaizdo kamerai, vaizdo monitoriui ir/ar kitai įrangai).

Tai š viso keturias alkūnes ?? ar mažiau ? Nes du moduliai jau užims dvi alkūnes.? Tai kiek tada iš viso ??

Atsakymas:

Taip, turi būti dvi užimtose vietose su alkūnėmis ir dar dvi vietos laisvos naujoms alkūnėms ar monitoriams ar įvairiems priedams tvirtinti.

Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas nenukeliamas.