



KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LIGONINĖ

Viešoji įstaiga, Liepojos g. 41, 92288 Klaipėda, tel. (0 46) 396600, el. p. kul@kul.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306207585

Suinteresuotiems tiekėjams
CVP IS priemonėmis

2025-08-01

DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PATIKSLINIMO, VYKDANT ATVIRĄ (SUPAPRASTINTĄ) KONKURSAŲ BEŠEŠĖLINĖS OPERACINĖS LEMPOS, PIRKIMO ID. 3840549

Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija), vykdo viešąjį pirkimą „Bešešėlinės operacinės lempos“, pirkimo ID 3840549 (toliau Pirkimas). Pirkime 2025-07-31 gautas prašymas paaiškinti pirkimo dokumentus.

Atsižvelgiant į gautą prašymą, teikiame atsakymą:

Klausimas: *Atsižvelgdami į techninės specifikacijos 1.1.16 punktą, norėtume pasitikslinti, ar jame nėra įsivėlusio ženklo (loginė) klaida.*

Mūsų vertinimu, nurodytas reikalavimas:

1.1.16 „Pagalbinio modulio maksimali apšvieta, matuojant 1 m atstumu, > 160 000 liuksų“ turėtų būti išreikštas ženklu „≥“ (daugiau arba lygu), kaip ir kitame specifikacijos punkte 1.1.6, siekiant užtikrinti reikalavimo aiškumą prašome informuoti, ar techninės specifikacijos 1.1.16 punkte vietoje ženklo „>“ turėjo būti nurodytas ženklas „≥“, kaip ir punkte 1.1.6.

Atsakymas: Techninėje specifikacijos įsivėlė techninė klaida, 1.1.16 „Pagalbinio modulio maksimali apšvieta, matuojant 1 m atstumu, > 160 000 liuksų“ turi būti ženklas „≥“, nes nėra tikslo turėti pagalbinį modulio maksimalią apšvietą didesnę nei yra pagrindiniame modulyje techninės specifikacijos 1.1.16 punkte kur yra „≥ 160 000 liuksų“.

Atsižvelgiant į pastebėtą techninę klaidą, Perkančioji organizacija keičia techninės specifikacijos 1.1.16 punktą, jį išdėstant sekanciai: „Pagalbinio modulio maksimali apšvieta, matuojant 1 m atstume \geq 160 000 liuksų“.

Pasiūlymus prašome teikti pagal atnaujintą techninę specifikaciją, kuri yra pridedama prie pranešimo ir paviėšinta prie pirkimo dokumentų.

Atsižvelgiant į pirkimo dokumentų pakeitimą, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2025-08-08, 10.00 val.

PRIDEDAMA. Patikslinta pasiūlymo forma ir techninė specifikacija