

RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA

Pirkimo objekto pavadinimas	„Ginekologinė kėdė“
RDK paskelbimo data ir numeris	2025-04-18, Nr.2285877
RDK vykdymo laikotarpis	nuo 2025-04-18 iki 2025-05-05
RDK vykdyta šiuo būdu	CVP IS
INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS	
Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius	2
APIBENDRINIMAI, IŠVADOS IR SIŪLYMAI	
Rinkos dalyvių konsultacijoje sudalyvavo 2 tiekėjai, kurie turėjo pastabų, rekomendacijų ir siūlymų techninių specifikacijų projektui, kuriuos perkančioji organizacija išnagrinėjo bei įvertino.	

Informuojame, kad išnagrinėjusi pateiktas pastabas ir pasiūlymus, perkančioji organizacija priėmė šiuos sprendimus:

Techninės specifikacijos punktas	Reikalaujamas parametras	Tiekėjo siūlomas pakeitimas (kalba netaisyta)	Perkančiosios organizacijos sprendimas
GINEKOLOGINĖ KĖDĖ			
6.	Kojų sekcija turi būti nuimama ir reguliuojama mechanškai arba elektros varikliu. Kojų dalies pasvirimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo -90° iki 0°.	Nelogiška. Jeigu kojinė dalis reguliuojama, reguliuojamo kampo- ji yra sujungta su kėde per lankstus, šarnyrus ar kitokius mechanizmus. Taip pat tarp kėdės/ ir kojinės dalies turi būti valdymo/reguliavimo mechanizmas. PVZ prašoma, kad gali būti valdoma elektra. Elektros variklį nuo kojinės dalies atjungti galės tik Inžinierius. Tokios kėdės kojinė dalis negali būti nuimama. Prašome koreguoti punkto reikalvumus.	Perkančioji organizacija sutinka pakeisti reikalavimą į: <i>„Kojų sekcija turi būti nuimama, arba įstumiamą po ginekologinės kėdės minkštąją dalimi. Kojų dalies pasvirimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo -90° iki 0°.“</i>

Klausimas (kalba netaisyta) dėl TS 7.1 p. „Kojų atramos: 7.1. Goepel tipo – 2 vnt.“:
Prašome paaiškinti, kas yra „GEOPEL tipo.

Atsakymas:

Informuojame, kad techninėje specifikacijoje aprašytos „Goepel“ arba kaip kartais yra nurodoma „Göpel“ tipo kojų atramos. „Goepel“ pavadinimas plačiai naudojamas tiek ginekologinių kėdžių gamintojų, tiek medicinos specialistų tarpe. „Goepel“ arba „Göpel“ - anatomiškai pritaikytos kojų atramos, skirtos paciento kojoms laikyti ginekologinių procedūrų metu. Šios atramos yra pritvirtintos prie ginekologinės kėdės ir leidžia reguliuoti kojų padėtį pagal poreikį.