

RINKOS KONSULTACIJA
TRAUKOS IR VENTILIUOJAMOS SPINTOS PIRKIMAS
ATASKAITA

1. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) suinteresuotus dalyvius kvietė sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl traukos ir ventiliuojamos spintos pirkimo (toliau – Pirkimas).
2. Rinkos konsultacija paskelbta ir vykdoma Viešųjų pirkimų įstatymo (VPIĮ) 27 str. 1 d. 1 p. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-19 įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo” (aktualios redakcijos) V skyriuje nustatyta tvarka.
3. Rinkos konsultacija CVP IS paskelbta 2025-07-31¹. Terminas tiekėjams pareikšti susidomėjimą ir dalyvauti rinkos konsultacijoje buvo iki 2025-08-06, 9:00 val. Lietuvos laiku.
4. Iš viso norą sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl Pirkimo išreiškė 1 (vienas) dalyvis (toliau atitinkamai – Dalyvis 1), kurio atsakymai bei įžvalgos ir yra aptariamoms šioje ataskaitoje.
5. Rinkos konsultacija buvo vykdoma vienu etapu, t. y., LSMU kvietė rinkos dalyvius raštu atsakyti į kartu su Pirkimo dokumentų projektu pateiktą klausimą.
6. Ši ataskaita yra parengta toliau nurodytu formatu:
 - 6.1. tiekėjų atsakymai į LSMU parengtą klausimą (I dalis);
 - 6.2. išvada (II dalis).

¹ Rinkos konsultacijos CVP IS ID 3923234, prieiga <https://viesiejipirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=3923234>.

1. DALYVIŲ ATSAKYMAI Į LSMU PARENGTĄ KLAUSIMYNĄ

Eil. Nr.	Klausimas	Dalyvio 1 nuomonė	Perkančiosios organizacijos atsakymas
1.	Ar pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.	-	-
2.	Ar Perkančiosios organizacijos pirkimui suplanuota skirti lėšų suma yra pakankama? 1 pirkimo objekto dalis – ne daugiau kaip 22.425,62 Eur be PVM; 2 pirkimo objekto dalis – ne daugiau kaip 8.264,46 Eur be PVM;	-	-
3.	Ar sutarties projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.	-	-
4.	Ar techninė specifikacija visoms žemiau nurodytoms pirkimo objekto dalims yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas. 1 pirkimo objekto dalis: Ventiluojama spinta smulkių graužikų narvams	Pastebėjome, jog traukos spintos techninėse specifikacijose nėra informacijos apie jai taikomus standartus. Šis įrenginys yra naudojamas darbui su kenksmingais reagentais, todėl perkančioji organizacija privalo įsitikinti, jog perka kokybiška ir ES standartus atitinkantį prietaisą, todėl prašome technines specifikacijas papildyti ne mažiau, kaip LST EN 14175-2, LST EN 14175-3 ir atitikties direktyva 2014/30/ES dėl elektromagnetinio	Informuojame, kad Perkančioji organizacija šiuo metu neplanuoja keisti pirkimo techninės specifikacijos. Visi pirkimo objektui keliami reikalavimai, įskaitant techninius ir kokybinius, yra aiškiai išdėstyti galiojančioje specifikacijoje, kuria vadovaujamesi organizuojant pirkimą. Tiekėjai kviečiami

	<p>2 pirkimo objekto dalis: Traukos spinta</p>	<p>suderinamumo, jog būtų įsigyta kokybiška ir ES standartus atitinkanti įranga.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atitikties LST EN 14175-2 ir LST EN 14175-3 standartams. Šie standartai nustato laboratorinių traukos spintų bandymų metodus ir darbo sąlygų įvertinimo reikalavimus, kurie yra būtini siekiant užtikrinti darbuotojų sveikatos apsaugą, įrangos veikimo patikimumą bei laboratorinės aplinkos saugumą. Šių standartų taikymas leidžia objektyviai įvertinti spintos sulaikymo efektyvumą, oro srautų stabilumą bei sandarumą, taip sumažinant pavojingų medžiagų poveikio riziką. • Atitikties Direktyvai 2014/30/ES dėl elektromagnetinio suderinamumo. Traukos spintos dažnai turi elektros įrangos komponentų (ventiliatorius, valdymo sistemas, jutiklius), kurie privalo veikti be trikdžių kitiems laboratoriniams prietaisams ir būti atsparūs elektromagnetiniams trikdžiams. Šios direktyvos laikymasis užtikrina įrangos elektromagnetinį suderinamumą, CE ženklumą ir teisėtą tiekimą ES rinkoje. Šių reikalavimų įtraukimas yra būtinas siekiant: <ul style="list-style-type: none"> • užtikrinti darbuotojų sveikatos ir saugos apsaugą; • garantuoti įrenginio eksploatacinių savybių patikimumą; • užtikrinti laboratorijos veiklos kokybę; • laikytis privalomų ES teisės aktų 	<p>teikti pasiūlymus, remiantis paskelbtais reikalavimais.</p>
5.	<p>Ar Vertinimo pagal ekonominį naudingumą metodika yra aiški, suprantama bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neaiškios, nesuprantamos ar ribojančios</p>	-	-

	konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas.		
6.	Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl.	-	-
7.	Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos.	-	-
8.	Jei Rinkos konsultacijos dalyviai teikia konfidencialius duomenis ir informaciją, turi pažymėti, kurią informaciją laiko konfidencialia dėl jos komercinės (gamybinės) paslapties.	-	-

II. IŠVADOS

- 2.1. Rinkos konsultacijos metu buvo pasiektas konsultacijos tikslas: rinkos dalyviai informuoti apie ketinimą ateityje vykdyti pirkimą, dalyviai susipažino su pirkimo dokumentų projektu ir pateikė atsakymus, pasiūlymus bei pastabas.
- 2.2. Rinkos konsultacijoje sudalyvavo 1 (vienas) dalyvis, kuris atsakė į rinkos konsultacijos klausimyno klausimus ir pateikė atsakymus.
- 2.3. Susitikimas su dalyviais nebus organizuojamas.
- 2.4. Rinkos konsultacija yra užbaigiama.