



LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

Viešoji įstaiga, A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas, tel. (8 37) 327200, el. p. rektoratas@ismu.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302536989

Pirkimo dalyviams

2025-08-07 Nr. VPT2-1220

DĖL GAUTO PAKLAUSIMO

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – *Perkančioji organizacija*) viešojo Pirkimo Komisija, vykdydama „Medicininės įrangos veterinarijai (EKG nešiojamos registravimo sistemos, elektrokardiografo), pirkimą“, atviro konkurso būdu (Pirkimo ID Nr.3698712) (toliau – Pirkimas), (*apie pirkimą paskelbta 2025 m. liepos 17 d.*), informuoja, kad 2025 m. rugpjūčio 6 d. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis buvo gautas Tiekėjo pranešimas (ID Nr. 307451) dėl 2 pirkimo dalies – „Elektrokardiografas (arkliams)“ – techninės specifikacijos 1.5 punkto paaiškinimo. Komisija, išnagrinėjusi Tiekėjo paklausimą, pateikia atsakymą:

Tiekėjas klausia: „<...> Norėtume patikslinti 2 pirkimo dalies 1.5 techninės specifikacijos punktą – ar reikalaujama, kad LCD ekranas būtų integruotas pačiame prietaise, ar pakanka, jog vaizdo informacija būtų perduodama į išorinį įrenginį, pavyzdžiui, planšetę? <...>“.

Perkančiosios organizacijos atsakymas: Techninės specifikacijos 1.5 punkte nurodyta, kad reikalaujama grafinio vieno kanalo EKG vaizdavimo LCD arba lygiaverčiame ekrane. Specifikacijoje nėra reikalavimo, kad ekranas turi būti integruotas į patį prietaisą, todėl laikoma, kad EKG grafinis vaizdavimas gali būti realizuotas tiek prietaise integruotame LCD ar lygiaverčiame ekrane, tiek prijungus prie išorinio įrenginio (pvz., planšetės).

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė

Dalia Petreikienė