

Suinteresuotiems tiekėjams

PATVIRTINTA

Perkančiosios organizacijos Viešųjų
pirkimų komisijos 2025-08-08
protokolu Nr. PR-16415/25

DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS DĖL LABORATORINIŲ BALDŲ, TRAUKOS SPINTOS IR LAMINARŲ PIRKIMO SĄLYGŲ (CVP IS NR. 3798683)

Teikiame atsakymus į klausimus, teiktus dėl *Laboratorinių baldų, traukos spintos ir laminarų* pirkimo sąlygų:

Klausimas 1. Dėl I pirkimo objekto dalis:

Laboratorinė kėdė - nėra aišku, ar specifikacijoje reikalaujama kėdė turi būti su atlošu, ar be? Ši informacija tiesiogiai įtakoja pasirinktino modelio atitikties kėdės reguliuojamo aukščio techniniam reikalavimui, prašome patikslinti.

Atsakymas:

Informuojame, kad I pirkimo objekto dalyje „Laboratoriniai stalai ir kėdės“ techninėje specifikacijoje nenurodyta privaloma laboratorinės kėdės komplektacija atlošo atžvilgiu. Todėl gali būti siūloma tiek kėdė su atlošu, tiek be jo, atsižvelgiant į modelio ergonomiką ir tinkamumą laboratorinei aplinkai. Kėdė turi atitikti kitus specifikacijoje nustatytus reikalavimus, įskaitant aukščio reguliavimo galimybę.

Klausimas 2. Dėl II pirkimo objekto dalies:

EN14175-2 ir EN14175-3 - šie standartai reagentų spintai nėra taikomi, techninėje specifikacijoje yra nurodytas traukos spintos standartas. Prašome patikslinti techninę specifikaciją dėl standartų atitikčių.

Vadovaujantis pirkimo objektu – reagentų saugos spintomis – pažymime, kad jos nėra priskiriamos baldams, todėl aplinkosauginiai reikalavimai, susiję su baldams taikomomis medienos

kilmės, plastiko perdirbamumo, apmušalų ar paviršiaus dangų sudėtimis, šiai prekei nėra taikytini. Reagentų saugos spintos yra specializuota laboratorinė įranga, kurios sauga, atsparumas cheminėms medžiagoms bei konstrukcija reglamentuojami atitinkamais techniniais saugos standartais, o ne baldų gamybos ar apdailos reglamentais. Dėl traukos spintų pažymime, kad jos taip pat nėra tipiniai baldai, tačiau 1 ir 3 punktai (medienos sertifikatas ir kamšalų perdirbimo reikalavimai) neturėtų būti taikomi traukos spintoms, nes šie elementai jų konstrukcijoje nėra naudojami. Prašome patikslinti aplinkosauginius reikalavimus TS II dalies.

Atsakymas:

Atsižvelgiant į tiekėjo pastabas perkančioji organizacija II pirkimo objekto dalyje „Traukos spintos ir reagentų spinta su trauka“ **2. Pirkimo objektui - Reagentų spintai** EN14175-2 ir EN14175-3 standarto reikalavimą panaikina, jį pakeisdama EN 16121 ir/ar 16122 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimu bei patikslina, kad vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 ir jo aktualia redakcija, pirkimo objektui taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, tiek, kiek jie aktualūs pagal siūlomos prekės konstrukciją ir sudėtį. Jeigu tam tikras kriterijus objektyviai negali būti taikomas (pvz., gaminyje nėra medienos), jis netaikomas (pridedama patikslinta techninė specifikacija, pakeitimai pažymėti geltonai).

Informuojame, jog pasiūlymų pateikimo terminas, kuris numatytas 2025 m. rugpjūčio 13 d. 9:00 val., nukeliamas į 2025 m. rugpjūčio 19 d. 9:00 val.

PRIDEDAMA: 2.2. priedas TS II dalis Traukos spintos ir reagentų spinta su trauka – (aktuali redakcija 2025-08-08), 6 puslapiai.

Viešojo pirkimo komisijos sekretorė



Vilma Mykolaitienė