

## **Peritoninės dializės kateterio techninė specifikacija (VPP-4822)**

### **Peritoninės dializės kateteris (orientacinis kiekis 36 kompl.)**

1. Vienkartinis, ilgalaikio naudojimo.
2. Sterilus.
3. Apirogeniškas.
4. Elastingas.
5. Implantuojamas į pilvo sieną.
6. Spiralinės formos, su dviem movomis.
7. Medžiaga – silikonas arba jo modifikacijos.
8. Ilgis (gali būti su  $\pm 1$  cm paklaida) – 62 cm.
9. Skirtas rankinei ir aparatinei peritoninei dializei, tinkamas naudoti su Baxter gamybos peritoninės dializės tirpalų maišais ir automatinėmis HomeChoice peritoninės dializės sistemomis.

### **Papildomi reikalavimai:**

1. Siūlomi produktai turi būti pažymėti CE ženklu.
  2. Būtina nurodyti tikslius siūlomų produktų pavadinimus ir/arba katalogo kodus.
  3. Būtina nurodyti siūlomų produktų gamintojus.
  4. Pristatymo metu priemonės turi galioti ne mažiau kaip 12 mėn.
  5. Pasiūlymų vertinimo metu, komisijai paprašius, turi būti pateikti siūlomų produktų pavyzdžiai.
-