

Švarumo klasė	5.0 (99,999%)
Baliono pajungimo sriegis	DIN 477 Nr. 10
Priemaišos, ne daugiau kaip:	
Vanduo	≤ 3ppm
Deguonis	≤ 3ppm
Bendrai angliavandeniai	≤ 1ppm
Orientacinis poreikis (balionais)	70 vnt.

Pastabos:

1. 3 litrų talpos deguonies balionai Kauno klinikose naudojami su integruotais deguonies reduktoriais su srauto reguliatoriais. Prie Kauno klinikų aparatų jungiami per greitąją SS standarto jungtį arba per žemo slėgio liniją naudojant baliono reduktoriuje esantį „eglutės“ tipo atvamzdį.
2. Prie anglies dioksido E290 50ltr. balionų pateikti tarpinės iš metalo (varinės, aliuminines arba joms lygiavertes).
3. Jei tiekėjas tiekia dujų balionus su kito standarto sriegiu, tai su kiekvienu pristatytu balionu turi pateikti ir redukciją su tarpinių komplektu.
4. Pasibaigus sutarties galiojimui, pirkėjas įsipareigoja tuščius balionus grąžinti pardavėjui.