

UAB „LITESKO“
BIOKURO DRĖGMĖS MATAVIMO PRIETAISO PIRKIMO (CVP IS NR. 3981513) KOMISIJA

Tiekėjams

2025-08-11

UAB „Litesko“ 2025-08-05 paskelbė pirkimą dėl Biokuro drėgmės matavimo prietaiso pirkimo (CVP IS Nr. 3981513) supaprastinto atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas). Apie Pirkimą skelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Informuojame, kad buvo gauti tiekėjo/-ų prašymai paaiškinti pirkimo sąlygas. Teikiame atsakymus į juos:

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	<i>Dėl punkto „Matuojamas parametras“ – „Birių medienos produktų drėgmės kiekis realiuoju laiku“: Prašome patikslinti, kokio tipo birūs medienos produktai yra numatomi kaip matavimo objektas (granulės, pjuvenos, medžio drožlės ir pan.).</i>	<i>Medienos skiedros (galima SM2 ir SM3 kuro klasė pagal kurių smulkelių (pjuvenos, spygliai ir t.t.) frakcijos dydžio dalis gali būti iki 25%).</i>
2.	<i>Dėl punkto „Montavimas“ - „Skirtas montuoti į biokuro bunkerį (komplektuojamas su visais tam reikalingais mechaniniais flanšais, laikikliais, adapteriais ir pan.)“ Prašome patikslinti reikalavimą „skirtas montuoti į biokuro bunkerį“ - ar įranga turi būti montuojama tiesiogiai bunkerio viduje (pvz., sienoje, dangtyje)? Ar priimtinas sprendimas, kai prietaisas montuojamas virš medžiagos srauto (pvz., virš konvejerio prieš patenkant į bunkerį)?</i>	<i>Kuro padavimui naudojami grandikliniai konvejeriai, ant kurių kuras juda ne pastoviu srautu, todėl nuolatiniam matavimui nėra tinkamas. Montavimas "į biokuro bunkerį" reiškia ant bunkerio sienelės iš išorės, suformuojant matavimui angą bunkerio korpuse.</i>

Pagarbiai,

Pirkimo komisija