

2025 m. rugpjūčio 8 d.

RINKOS KONSULTACIJOS KLAUSYMAI ATSAKYMAI
Fizinės terapijos, reabilitacijos įranga ir dermatoskopas

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės	Tiekėjas Nr. 1	Tiekėjas Nr. 2	Tiekėjas Nr. 3	Tiekėjas Nr. 4	Tenkinti/Netenkinti/Tinklinama
5 Pirkimo dalis – Dermatoskopas (1 vnt.)							
5.	Dematoskopas						
5.1.	Konstrukcija	Rankinis, nešiojamas					
5.2.	Šviesos šaltinis	Integruota LED apšvietimo sistema					
5.3.	Matymo laukas	Ne mažesnis nei 30mm					
5.4.	Vaizdo ryškumas	Galimybė reguliuoti dermatoskopinio vaizdo ryškumą, ne mažiau kaip 3 lygiai					
5.5.	Vaizdo didinimas	Ne mažesnis kaip 10 kartų (10x)					
5.6.	Šviesos darbiniai režimai	Poliarizuotas ir nepolarizuotas					
5.7.	UV apšvietimas (pigmentacijos ir kapiliarų išryškinimui)	Dermatoskopas turi turėti UV apšvietimo funkciją, kurios bangos ilgis patenka į intervalą nuo 360 nm iki 370 nm (leistinas ± 5 nm nuokrypis)					
5.8.	Darbo režimai	1) kontaktinis; 2) ne kontaktinis					
5.9.	Maitinimas	Integruota įkraunama ličio jonų baterija					

5.10.	Prijungimas prie telefonų	Galimybė prijungti prie išmaniojo telefono per adapterį dermatoskopinių vaizdų fiksavimui ir archyvavimui					
5.11.	Energijos taupymas	Nenaudojamas prietaisas išsijungia automatiškai tausojant energiją.					
5.12.	Komplektacija:						
5.12.1.	Įkrovimo stotelė	Stalinė įkrovimo stotelė su USB išvestimi					
5.12.2.	Laidas	Ne mažiau kaip 2m ilgio USB – USB-C laidas arba lygiavertis					
5.12.3.	Okuliaras	Būtina					
5.12.4.	Liniuotė	Būtina					
5.12.5.	Dėklas	Būtina					
5.12.6.	Adapteris	Būtina					
6.	Sertifikatai, CE ženklavimas	CE atitikties deklaracija pagal galiojančią ES medicinos prietaisų direktyvą.					
7.	Garantija	Ne trumpesnė nei 24 mėn.					