

2025 m. rugpjūčio 8 d.

**RINKOS KONSULTACIJOS KLAUSYMAI ATSAKYMAI**  
**Fizinės terapijos, reabilitacijos įranga ir dermatoskopas**

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės	Tiekėjas Nr. 1	Tiekėjas Nr. 2	Tiekėjas Nr. 3	Tiekėjas Nr. 4	Tenkinti/Netenkinti/Tinklinama
4 Pirkimo dalis – Smūginės bangos terapijos aparatas (1 vnt.)							
4.	Smūginės bangos terapijos aparatas						
4.1.	Paskirtis	Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų gydymui, urologijai					
4.2.	Technologija	Suspaustu oru arba elektromagnetiniu generatoriumi valdomas balistinis smūginės bangos generatorius					
4.3.	Smūgio dažnis	Nuo ne daugiau 1 iki ne mažiau kaip 21 Hz				Rekomenduojame apsvarstyti galimybę Smūgio dažnio reikšmę pakeisti į „ne daugiau 1 iki ne mažiau 20 Hz“. Toks pakeitimas neturėtų didelės įtakos funkcionalumui, tačiau suteiktų galimybę konkurse dalyvauti didesniai tiekėjų skaičiui.	Techninės specifikacijos reikalavimas išlaikomas toks, koks buvo nurodytas pradinėje konsultacijos formoje, nes 21 Hz dažnis yra reikšmingas siekiant užtikrinti terapinį efektyvumą, ypač gydant raumenų sutrikimus, kuriems reikalingas didesnis smūgio dažnis.

4.4.	Energijos lygis / slėgis	Reguliuojamas nuo ne daugiau kaip 1,5 iki ne mažiau kaip 6 barų	Siūloma keisti: Reguliuojamas ne mažesniame diapazone kaip nuo 1.5 iki 5 barų	Koreguoti į: Energijos lygis / slėgis - Reguliuojamas nuo ne daugiau kaip 1,5 iki ne mažiau kaip 5 barų;		Rekomenduojame apsvarstyti galimybę Energijos lygio reikšmę pakeisti į „ne daugiau 1,5 iki ne mažiau 5 barų“. Toks pakeitimas neturėtų didelės įtakos funkcionalumui, tačiau suteiktų galimybę konkurse dalyvauti didesniai tiekėjų skaičiui.	Koreguojama - reguliuojamas nuo ne daugiau kaip 1,5 iki ne mažiau kaip 5 barų.
4.5.	Programuojamos gydymo programos	Turi būti ne mažiau kaip 15 iš anksto nustatytų gydymo protokolų ir galimybė susikurti neribotą skaičių individualių programų.		Koreguoti į: Programuojamos gydymo programos - turi būti ne mažiau kaip 13 iš anksto nustatytų gydymo protokolų ir galimybė susikurti individualias programas.			Tenkinti
4.6.	Ekranas	Spalvotas liečiamas ekranas, ne mažesnis kaip 7 coliai, aukštos skiriamosios gebos					
4.7.	Klinikinių protokolų biblioteka	Turi būti integruota – su nuotraukomis, anatomine ir patologine informacija bei gydymo gairėmis					

4.8.	Komforto režimas	Turi būti integruota funkcija, leidžianti automatiškai ir palaiptai didinti energijos lygį terapijos pradžioje		Koreguoti į: 4.8. Pasikartojimo dažnis priklausomas nuo slėgio – būtina;			Tenkinti
4.9.	Aplikatorius	Ergonomiškas rankinis aplikatorius su keičiamomis galvutėmis. Komplekte turi būti mažiausiai 2 skirtingi antgaliai (1 paviršiniams, 1 giliems audiniams), aplikatorius pagamintas iš lengvo, karščiui atsparaus lydinio, su greito tvirtinimo sistema keičiamiems antgaliams.		Koreguoti į: 4.9. Aplikatorius - ergonomiškas rankinis aplikatorius su keičiamomis galvutėmis. Komplekte turi būti mažiausiai 2 skirtingi antgaliai (1 paviršiniams, 1 giliems audiniams);			Tenkinti
4.10.	Integruotas aušinimas	Prietaisas turi turėti integruotą aušinimo sistemą, leidžiančią dirbti ilgiau be pertraukų, nuo perkaitimo.		Koreguoti į: 4.10. Integruotas aušinimas - prietaisas turi turėti integruotą aušinimo sistemą.			Tenkinti

4.11.	Žemas triukšmo lygis	Integruotas kompresorius turi veikti tyliau nei išoriniai, užtikrindamas komfortišką terapijos aplinką. Veikiant maksimaliu darbo režimu triukšmo lygis neturi viršyti 60 dB.	Atsisakyti šio reikalavimo.	Koreguoti į: 4.11. Žemas triukšmo lygis - integruotas kompresorius turi veikti tyliau nei išoriniai.			Koreguoti reikalavimą – atsisakant konkretaus triukšmo lygio (60 dB) ribojimo, tačiau paliekant esminį reikalavimą, kad prietaisas turi turėti integruotą kompresorių, kuris veiktų žemu triukšmo lygiu, užtikrinant komfortišką terapijos aplinką ir darbą personalui.
4.12.	Vežimėlis	Įrenginys turi būti komplektuojamas su mobilumu užtikrinančiu vežimėliu, turinčiu ne mažiau kaip 2 stalčius, ratukais ir tvirta konstrukcija, pritaikyta patogiam įrenginio, priedų ir reikmenų laikymui bei transportavimui.	Siūloma keisti: Įrenginys turi būti komplektuojamas su mobilumu užtikrinančiu vežimėliu, turinčiu ne mažiau kaip 1 stalčių arba ne mažiau kaip 1 lentyną, ratukais ir tvirta konstrukcija, pritaikyta patogiam įrenginio, priedų ir reikmenų laikymui bei transportavimui.	Koreguoti į: 4.12. Vežimėlis - įrenginys turi būti komplektuojamas su mobilumu užtikrinančiu vežimėliu, turinčiu ne mažiau kaip 2 stalčius ar lentynas, ratukais ir tvirta konstrukcija, pritaikyta patogiam įrenginio, priedų ir reikmenų laikymui bei transportavimui.		Rekomenduojame apsvaistyti galimybę praplėsti reikalavimą pridedant: „...vežimėliu, turinčiu ne mažiau kaip 2 stalčius (arba lygiavertis sprendimas priedų ir reikmenų laikymui).	Koreguojama - numatyta galimybė komplektuoti vežimėlį su ne mažiau kaip 2 stalčiais arba lygiavertiu sprendimu (pvz., lentynomis), užtikrinančiu patogų priedų ir reikmenų laikymą bei transportavimą.
4.13.	Sertifikatai, CE ženklavimas	CE atitikties deklaracija pagal 93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvą					

4.14.	IP apsaugos klasifikacija	Ne prastesnė už IP20					
4.15.	Garantija	Ne trumpesnė nei 24 mėnesiai					
4.16.	Galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio.	Būtina					