

2025 m. rugpjūčio 8 d.

RINKOS KONSULTACIJOS KLAUSYMAI ATSAKYMAI
Fizinės terapijos, reabilitacijos įranga ir dermatoskopas

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės	Tiekėjas Nr. 1	Tiekėjas Nr. 2	Tiekėjas Nr. 3	Tiekėjas Nr. 4	Tenkinti/Netenkinti/Tikslinama
2 Pirkimo dalis – Kompresinės terapijos aparatas (limfodrenažas) su priedais (1 vnt.)							
2.	Kompresinės terapijos aparatas (limfodrenažas)						
2.1.	Paskirtis	Prietaisas skirtas pneumatinės kompresijos (presoterapijos) principu, kompresiniam limfodrenažui palengvinti – skatinti natūralią limfos ir kraujo cirkuliaciją.					
2.2.	Kanalų skaičius	Ne mažiau kaip 12 kanalų					
2.3.	Ekranas	Skaitmeninis					
2.4.	Valdymas	Valdoma mechaniniais mygtukais arba lietimui jautriu ekranu					
2.5.	Kompresijos greičiai	Ne mažiau kaip 2 kompresijos greičiai					
2.6.	Procedūros trukmė	1. Integruotas laikmatis;					
		2. Automatinis išsijungimas po procedūros.					
2.7.	Individualus parametru nustatymas	Vartotojas gali keisti ir išsaugoti programų parametrus					
2.8.	Slėgio nustatymas	1. Nuoseklus;					
		2. Elektroninė slėgio kontrolės sistema;					

		3. Ne siauresnė nei 20–120 mmHg riba.					
2.9.	Slėgio nustatymas kameroje	Atskiras slėgio reguliavimas kiekvienai kamerai				Rekomenduojame šio parametro atsisakyti. 2.11 punkte PO prašo 4 aplikatorių, kurių kiekvienas turi po min.10 kamerų. Nelogiška prašyti slėgio reguliavimo kiekvienai aplikatoriaus kamerai atskirai.	Tenkinti
2.10.	Oro pašalinimas	Automatinis oro pašalinimas iš aplikatoriaus po procedūros					
2.11.	Priedai komplektacijoje:						
2.11.1.	Kojų aplikatorius – 1 vnt.	≥ 10 kamerų					
2.11.2.	Rankų aplikatorius – 1 vnt.	≥ 10 kamerų					
2.11.3.	Klubų aplikatorius – 1 vnt.	≥ 10 kamerų					
2.11.4.	Kelnės – 1 vnt.	≥ 24 kamerų					
2.12.	Elektros maitinimas	Iš 230 (+/-10) V, 50 (+/-1) Hz elektros tinklo					
2.13.	Žymėjimas CE ženklu	Būtina					
2.14.	Garantinis terminas	≥ 24 mėnesiai					

2.15.	Galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio.	Būtina					
-------	--	--------	--	--	--	--	--