

2025 m. rugpjūčio 8 d.

RINKOS KONSULTACIJOS KLAUSYMAI ATSAKYMAI
Fizinės terapijos, reabilitacijos įranga ir dermatoskopas

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametru reikšmės | Tiekėjas Nr. 1 | Tiekėjas Nr. 2 | Tiekėjas Nr. 3 | Tiekėjas Nr. 4 | Tenkinti/Netenkinti/Tikslinama |
|---|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 1 Pirkimo dalis – Elektroterapijos sistema (1 vnt.) | | | | | | | |
| 1. | 12 kanalų nugaros stimuliacijos sistema (kilimėlis) | | | | | | |
| 1.1. | Paskirtis – nugaros raumenų stimuliacijai atlikti | Būtina | | | | | |
| 1.2. | Stimuliacija atliekama stimuliacijos kilimėliu, kuriame integruota ne mažiau 12 kanalų elektroterapijos elektrodų | Būtina | | | | | |
| 1.3. | Gydymas apima ne mažiau, kaip šias gydymo komponentes | a) Skausmo gydymą, | | | | | |
| | | b) Raumenų gydymą, | | | | | |
| | | c) Dinaminį giluminį masažą, | | | | | |
| | | d) Šiluminę terapiją. | | | | | |
| 1.4. | Valdymo prietaiso ekranas | Lietimui jautrus, ne mažiau 6" įstrižainės | | | | | |
| 1.5. | Aparato valdymo meniu lietuvių kalba | Būtina | | | | | |
| 1.6. | Sugrupuotos gydymo programos | a) Nuskausminimo, | | | | | |
| | | b) Giluminio masažo. | | | | | |
| | | c) Raumenų terapijos, | | | | | |
| | | d) Vartotojo sukurtos ir išsaugotos programos. | | | | | |
| 1.7. | Dinaminio giluminio masažo srovės | Imituoja rankinio masažo būdus | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|--|--|--|--|--|
| 1.8. | Sistemos pritaikymas pagal konkretaus paciento nugaros raumenų būklę | Būtina | | | | | |
| 1.9. | Stimuliacijos kilimėlio temperatūros nustatymo ribos, ne mažiau | Nuo 25° iki 40°C | | | | | |
| 1.10. | Stimuliacijos kilimėlio stimuliavimo zona pritaikoma pagal paciento ūgį | Būtina | | | | | |
| 1.11. | Galimybė įvesti ir išsaugoti paciento duomenis | Būtina | | | | | |
| 1.12. | Jungtys USB ir atminties kortelei | Būtina | | | | | |
| 1.13. | Nuotolinio valdymo pultas pacientui | Būtina | | | | | |
| 1.14. | Komplekte privalo būti | 1. Vežimėlis aparatui ir kilimėliui; | | | | | |
| | | 2. Speciali ergonomiška kušetė kilimėliui. | | | | | |
| 1.15. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. | | | | | |
| 1.16. | Žymėjimas CE ženklų | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklų liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. | | | | | |