

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
„MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS“

DARBOTVARKĖ: dėl Tiekėjo siūlomų pastabų rinkos konsultacijoje.

SVARSTYTA: Tiekėjo siūlomos pastabos rinkos konsultacijoje.

2025-07-23 gauti Tiekėjo siūlymai dėl 2025-07-16 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbto „**Medicinos pagalbos priemonės**“ (Nr. 3699029) techninės specifikacijos rinkos konsultacijos projekto:

Tiekėjas pateikia siūlymus:

Nr. 2. Tulžies latakų stentai (plastikiniai arba lygiaverčiai):

2-oje pirkimo dalyje „Tulžies latakų stentai (plastikiniai arba lygiaverčiai)“ reikalaujama: „- darbinis ilgis nuo 5 iki 15 cm, didėjantis kas centimetrą;“, tad maloniai prašome iš dydžių lenetlės poz. nr. 2.2. išimti papildomus, nereikalaujamus dydžius 160 mm; 170 mm; 180 mm.

Viešojo pirkimo komisija (toliau-Komisija) išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai NR. **Tulžies latakų stentai (plastikiniai arba lygiaverčiai)**, sutinka naikinti 2.2. poz. šiuos nurodytus ilgius: “160 mm; 170 mm; 180 mm”.

Techninę specifikaciją skaityti taip:

2. Tulžies latakų stentai (plastikiniai arba lygiaverčiai):

- lenkti proksimaliniame gale arba tiesūs;
- vienkartiniai (pažymėta simboliu);
- sterilūs (simbolis ant pakuotės);
- galiojimo žymėjimas pagal ISO 15223-1;
- rentgenokontrastiškas;
- stento paviršius lygus, nelipnus;
- 1-2 šoninės skylutės;
- darbinis ilgis nuo 5 iki 15 cm, didėjantis kas centimetrą;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta, išpakuojama lengvai, nepažeidžiant sterilumo;
- įpakuota po 1 vnt.;
- plastikiniai arba lygiavertės medžiagos;
- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas.

Poz. Nr.	Dydis	Ilgiai (± 5 mm)	Orientacinis poreikis (vnt.)
2.1.	7 Fr	50 mm; 60 mm; 70 mm; 80 mm; 90 mm; 100 mm; 110 mm; 120 mm; 140 mm; 150 mm	350
2.2.	10 Fr	50 mm; 60 mm; 70 mm; 80 mm; 90 mm; 100 mm; 110 mm; 120 mm; 140 mm; 150 mm	800

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Keisti techninės specifikacijos reikalavimus pirkimo daliai Nr. 2.2.
2. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti siūlymą pateikusį tiekėją ir suinteresuotus dalyvius.