

IŠRAŠAS IŠ ATVIRO KONKURSO (PIRKIMO NR. 3697342)
„REAGENTAI IR PAPILDOMOS LABORATORINĖS PRIEMONĖS“
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

DARBOTVARKĖ: dėl Tiekėjo pateikto paklausimo

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktas paklausimas

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) gavo Tiekėjo paklausimą dėl 2025-07-22 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbto atviro konkurso „**Reagentai ir papildomos laboratorinės priemonės**“ (pirkimo Nr. 3697342) pirkimo dalies Nr. 79 “Slapto kraujo nustatymo tyrimas” techninės specifikacijos.

Tiekėjas paklausime nurodo:

„<...> Dėl pirkimo dalies nr. 79 Slapto kraujo nustatymo tyrimas reikalavimo Rinkinio sudėtyje turi būti kasetė su membrana, padengta antikūnais prieš žmogaus hemoglobina ir teigiama kontrole <...>. Kiekvienas tyrimo rinkinys turi būti atskirame (individualiame) įpakavime. Pažymime, jog vienos tyrimo kasetės, supakuotos individualiame įpakavime, nepakanka atlikti paciento tyrimui ir teigiamai kontrolei tuo pačiu testų rinkiniu. Kiekviena tyrimo kasetė turi vidinę procedūrinę kontrolę. Prašome perkančiosios patikslinti, ar terminas „teigiama kontrolė“ buvo pavartotas turint omenyje integruotą procedūrinę kontrolę?“.

Komisija išnagrinėjo Tiekėjo pateiktą paklausimą ir teikia atsakymą:

Techninės specifikacijos pirkimo dalies Nr. 79 reikalavime aiškiai įvardinta, kad rinkinio, skirto slapto kraujo nustatymui, sudėtyje turi būti individualiame įpakavime esanti kasetė su **membrana, padengta antikūnais** prieš žmogaus hemoglobina ir teigiama kontrole. Tai reiškia, kad kontrolė jau turi būti integruota kasetės membranoje, o ne teikiama atskirai.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA: Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti Tiekėją bei kitus suinteresuotus dalyvius.