



## LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

Viešoji įstaiga, A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas, tel. (0 37) 327200, el. p. [rektoratas@lsmuni.lt](mailto:rektoratas@lsmuni.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302536989

Pirkimo dalyviams

2025-08-13 Nr.VPT2- 1252

### DĖL GAUTO PRANEŠIMO

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – perkančioji organizacija) vykdydamas mažos vertės pirkimą „Operaciniai stalai pakeliami“ (toliau - Pirkimas) skelbiamos apklausos būdu, (apie pirkimą paskelbta 2025-08-12 CVP IS, interneto adresu <https://viesiejiipirkimai.lt>, pirkimo ID.4074544), centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis gavo tiekėjo pranešimą ID. 316146, 2025-08-13 09:29 val. Pirkimo organizatorius išnagrinėjo tiekėjo paklausimą ir pateikia sekančius atsakymus:

Eil. Nr.	Klausimas (tekstas neredaguotas)	Atsakymas
1.	Nr.3 Ratukų fiksavimas pedalu. Ar šį reikalavimą reikėtų suprasti, kaip galimybę kiekvieną ratuką stabdyti individualiai, t.y. kad kiekvienas ratukas turėtų užspaudžiamą stabdį? ar reikalingas kažkoks kitas stabdžio mechanizmas?	Atsižvelgiant į pastabą tikslinama konkurso sąlygų Techninė specifikacija (Priedas Nr. 1) lentelės 1.3 punktas. Ratukų fiksavimas - Būtina
2.	Nr. 8. Stalas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. Ar tik stalo stalviršis turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno, o stalo rėmas gali būti iš dažyto plieno, ar visas stalas (stalviršis ir rėmas) turėtų būti pagaminti iš nerūdijančio plieno? Jeigu visas stalo rėmas privalo būti iš nerūdijančio plieno, toks sprendimas bus labai brangus.	Atsižvelgiant į pastabą tikslinama konkurso sąlygų Techninė specifikacija (Priedas Nr. 1) lentelės 1.8 punktas. Stalo stalviršis - Nerūdijančio plieno arba lygiaverčio

Atsižvelgiant į atliktus pakeitimus, pirkimo organizatorius nusprendė pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą, t. y. vietoj 2025-08-20 10:00 perkelti į **2025-08-26 10:00 val.** Atsižvelgiant į tai bus paskelbtas skelbimas apie pakeitimus CVP IS sistemoje.

**Pranešame, kad yra paskelbta aktuali pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos (Priedo Nr.1) redakcija, kurioje patikslinti lentelės 1.3 ir 1.8 punktai.**

**Rengiant pasiūlymą prašome vadovautis konkurso sąlygų Techninės specifikacijos (Priedo Nr.1), aktuali redakcija.**

#### PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1, Techninė specifikacija aktuali redakcija 2025-08-13 d.

Viešųjų pirkimų vyresnioji specialistė

Loreta Chaziachmetova

Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė

Ingrida Nausėdaitė

Viešųjų pirkimų tarnybos specialistė Loreta Chaziachmetova, tel.: (0 37) 37 21 73, [loreta.chaziachmetova@lsmuni.lt](mailto:loreta.chaziachmetova@lsmuni.lt)

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (AKTUALI REDAKCIJA 2025-08-13D.)**  
Veterinarinis operacinis stalas pakeliamas

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Rodiklis</b>	<b>Reikalavimai rodikliui</b>	<b>Siūlomas rodiklis</b> (pagal šios lentelės 3 stulpelio reikalavimus)  (šioje skiltyje geltonai pažymėtose vietose tiekėjas įrašo siūlomas konkrečias charakteristikas arba kur reikalaujama pažymi tinkamą) (pildo tiekėjas)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Stalo aukščio reguliavimas	Elektrinis	<b>Atitinka/Neatitinka</b> (tinkamą pažymėti)
2.	Mobilus ir su 4 ratukais	Būtina	<b>Atitinka/Neatitinka</b> (tinkamą pažymėti)
3.	Ratukų fiksavimas	Būtina	<b>Atitinka/Neatitinka</b> (tinkamą pažymėti)
4.	Stalviršio matmenys	Ne daugiau kaip: ilgis 170 cm, plotis 66 cm	Ilgis _____ cm, plotis _____ cm (nurodyti matmenis)
5.	Minimalus aukštis	Ne daugiau kaip 88 cm	_____ cm (nurodyti matmenis)
6.	Maksimalus aukštis	Ne daugiau kaip 123 cm	_____ cm (nurodyti matmenis)
7.	Apkrova	Ne mažiau kaip 150 kg	_____ kg (nurodyti matmenis)
8.	Stalo stalviršis	Nerūdijančio plieno arba lygiaverčio	_____ (nurodyti ar nerūdijančio plieno ar lygiaverčio)
9.	Infuzinis stovas	Infuzinis stovas komplektuojamas su stalu	<b>Atitinka/Neatitinka</b> (tinkamą pažymėti)
10.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėn.	_____ mėn. (nurodyti garantiją)

**APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:**

Perkamo objekto ilgaamžiškumą t. y. reikalavimas, kad stalas būtų iš nerūdijančio plieno, metalo, nurodyta techninės specifikacijos 1.8 punkte t. y. tvari medžiaga, tinkama naudoti daug kartų, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti perkamos prekės, paslaugos ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdančių žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. p. nurodytu aplinkosauginiu principu.