

Trokarų techninė specifikacija

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomų parametrų reikšmės
1.	Trokaras (kiekis 10 vnt)	1. Skirtas daugkartiniam naudojimui, tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). 2. Skersmuo $10 \pm 0,4$ mm. 3. Ilgis 110 ± 3 mm; 4. Su obturatoriumi (smeigu), kuris turi būti bukas, konusinės formos. 5. Kaniulė su išoriniu sriegiu, skirtu stabiliai fiksacijai audiniuose. 6. Be insufliacinio kranelio. 7. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), matinio paviršiaus. 8. Trokaro kaniulės galas – su tiesia arba kampine nuopjova. 9. Komplekte turi būti tuo pačiu spalviniu kodavimu pažymėta silikoninė (arba lygiavertės medžiagos) kepurėlė ir silikoninė (arba lygiavertės medžiagos) tarpinė arba vožtuvas.	
2.	Trokaras (kiekis 5 vnt)	1. Skirtas daugkartiniam naudojimui, tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). 2. Skersmuo $13 \pm 0,4$ mm. 3. Ilgis 110 ± 3 mm; 4. Su obturatoriumi (smeigu), kuris turi būti bukas, konusinės formos. 5. Kaniulė su išoriniu sriegiu, skirtu stabiliai fiksacijai audiniuose. 6. Be insufliacinio kranelio. 7. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), matinio paviršiaus. 8. Trokaro movos galas – su kampine nuopjova. 9. Komplekte turi būti tuo pačiu spalviniu kodavimu pažymėta silikoninė (arba lygiavertės medžiagos) kepurėlė ir silikoninė	

		(arba lygiavertės medžiagos) tarpinė arba vožtuvas.	
3.	Žymėjimas CE ir UDI ženklų	Siūlomi trokarai turi būti paženklinti CE ženklu ir unikaliu medicinos priemonės identifikatoriumi (UDI) pagal MDR 2017/745 reikalavimus. Žymėjimas turi būti atliktas ilgalaikiu būdu – lazeriniu išgraviravimu ant pačios priemonės.	
4.	Garantinis terminas	≥ 24 mėnesiai	
5.	Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.	

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
2. Siūlomi trokarai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) su silikoniniais (arba lygiavertės medžiagos) priedais, galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).
3. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (*CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos*) kopiją).