

## DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PATIKSLINIMO IR TERMINO PRATĖSIMO

Susipažinę su Jūsų vykdomo viešojo pirkimo (Fitotrono sistemos atnaujinimas (Nr. 4080313)) peržiūrėjome pirkimo dokumentuose pateiktą techninę specifikaciją ir specialiąsias sąlygas.

Norėtume atkreipti dėmesį į kelis aspektus, dėl kurių būtina patikslinti sąlygas ir pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą:

### 1. Techniniai neaiškumai

- Pateiktoje techninėje specifikacijoje nėra nurodyti fitotrono matmenys, kas neleidžia tiksliai įvertinti įrangos pritaikymo galimybių.
- Nenurodyta, ar stelažai yra numatyti atskiroje patalpoje, ar integruoti į fitotrono vidų.
- Nėra pateikta projekto ar brėžinių, kurie leistų įvertinti, kaip ir kur numatyta įrangos instaliacija bei kokie yra erdviniai apribojimai.
- Kai kurie reikalavimai labai detalūs (pvz., LED spektrų procentai ir  $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$  vertės), tačiau nėra aišku, ar būtų leidžiami minimalūs nukrypimai, išlaikant reikalaujamą funkcionalumą.
- Vandens paruošimo dalyje nėra tiksliai nurodyta, kokia vandens kokybė turi būti pasiekta po nugeležinimo ir minkštinimo (pvz., Fe, kietumo rodikliai), o tai lemia skirtingų technologinių sprendimų poreikį ir kainos skirtumus. Be to nėra aišku esamo vandens kokybė.
- Hidroponikos sistemos aprašyme yra fiksuotas lentynų dydis ir skylučių tarpai dangčiuose, tačiau nėra aišku, ar leidžiamos alternatyvios konfigūracijos, jei funkcinė paskirtis ir rezultatas būtų toks pats.

### 2. Objekto apžiūros ir konsultacijos nebuvimas

- Specialiosiose sąlygose nurodyta:
  - 3.1. *Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.*
  - 3.2. *Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.*
- Tokios sąlygos apsunkina objektyvų pasiūlymo parengimą, ypač kai projektas apima ne tik įrangos tiekimą, bet ir jos montavimą, integravimą bei senos įrangos demontavimą.
- Neturint galimybės apžiūrėti patalpų, kyla rizika dėl:
- Realių montavimo sąlygų (aukščių, privažiavimo, pernešimo galimybių ir kt.);
- Senos įrangos demontavimo apimties ir specifikos;
- Vandens ruošimo patalpų būklės bei jų tinkamumo naujai įrangai;

- Inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekų, elektros) būklės, pajėgumo, jungčių vietos ir tipų;
- Būtinybės įrengti papildomus automatikos komponentus (jutiklius, valdiklius, ekranus ir pan.).
- Be šios informacijos sudėtinga užtikrinti, kad pasiūlymas būtų techniškai tikslus ir finansiškai pagrįstas.
- Tokios nuostatos ženkliai apunkina pasiūlymo parengimą, ypač kai pirkimas apima kompleksinę įrangą, demontavimo ir paslaugas.
- Įrangos įrengimo vietos sąlygų nežinojimas kelia riziką tiek techniniams sprendimams, tiek kainos pagrįstumui.

### 3. Pasiūlymų pateikimo terminas

- Pagal šiuo metu nustatytą terminą pasiūlymai turi būti pateikti iki 2025-08-28, kas sudaro nepakankamą laiką tokio masto projektui.
- Atsižvelgiant į tai, kad pirkimas yra neeilinis, apima nestandartinių sprendimų parinkimą, įrangos konfigūracijos suderinimą su gamintojais, projektavimą, tiekimo logistikos ir montavimo planavimą, demontavimą. Minimalus pagrįstas terminas pasiūlymui parengti turėtų būti pratęstas bent 1 mėnesiu.

#### Prašome:

- Patikslinti techninę specifikaciją, pateikiant fitotrono išmatavimus, stelažų išdėstymą, projekto brėžinius ar kitą vizualinę informaciją, leidžiančią suprasti įrengimo vietą ir sąlygas.
- Prašome leisti apžiūrėti esamas patalpas įvertinant :
  - Demontuojamos įrangos gabaritus, būklę, demontavimo darbų eigą,
  - Patalpas, kuriose bus montuojama nauja įranga, elektros, vandentiekio ir kanalizacijos tinklų būklę ir pajungimo vietas,
  - Naujos įrangos įgabenimo galimybes, instaliavimo sąlygas.
- Užtikrinti galimybę objektyviai parengti pasiūlymą, pratęsiant pasiūlymų pateikimo terminą mažiausiai 1 mėnesiu.

Manome, kad tokie patikslinimai yra būtini siekiant užtikrinti:

- VPI 17 straipsnio 1 dalies reikalavimą laikytis skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir proporcingumo principų;
- VPI 35 straipsnio 4 dalies nuostatą, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia

Tokie patikslinimai leistų užtikrinti realią tiekėjų konkurenciją, objektyvų pirkimo proceso skaidrumą ir racionalų lėšų panaudojimą.