

IŠRAŠAS IŠ ATVIRO KONKURSO
„ULTRAGARSO APARATAI“ (PIRKIMO NR. 4043765)
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo paklausimo.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktas paklausimas.

Nuolatinė viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) apsvaustė tiekėjo paklausimą dël 2025-08-08 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) skelbto atviro konkurso „**Ultragarso aparatai**“ (pirkimo Nr. 4043765) pirkimo dokumentų (techninės specifikacijos).

Tiekėjas paklausime nurodo:

„1. Techninės specifikacijos punktas Nr. 9.1. skelbia „Doplerio režimo parametrai: 1. 1. Spalvinio Doplerio impulsų pasikartojimo dažnio (PRF) keitimo diapazonas ne siauresnis nei nuo 0,3 iki 23,5 kHz “.

Praktikoje tokia didelė impulsų pasikartojimo dažnio (PRF) viršutinė riba spalvinio doplerio režime nėra naudojama ir tai riboja konkurenciją. Siekiant užtikrinti konkurenciją ir suteikti lygias galimybes konkurse dalyvauti tiekėjams siūlanties perkančiosios organizacijos reikalavimus atitinkančią medicininę įrangą, prašome šį reikalavimą keisti sekančiais: **„Doplerio režimo parametrai: 1. 1. Spalvinio Doplerio impulsų pasikartojimo dažnio (PRF) keitimo diapazonas ne siauresnis nei nuo 0,3 iki 15.4 kHz “.**

2. Techninės specifikacijos punktas Nr. 13. 1. skelbia „Atmintis, duomenų perdavimas, archyvavimo galimybės 1. Vidinis diskas: talpa ≥ 480 GB, SSD technologija“.

Manome, kad šis reikalavimas yra ribojantis konkurenciją ir yra perteklinis. Ultragarso sistemos nėra vaizdų apdorojimo stotys ar serveriai, kurie savyje nuolat saugotų didelius kiekius duomenų. 128 GB SSD atmintis yra pakankama, kadangi ultragarso sistemos turi USB bei DICOM eksportavimo galimybes, ir dauguma duomenų yra perkeliama į PACS sistemas ar saugomi išorinėse laikmenose, dël ko nebelieka poreikio ultragarso vaizdus kaupti įrenginio atmintyje. Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad SSD tipo diskai yra brangesni ir iškelia ketinamo įsigyti aparato kainą bei ne visi gamintojai gali tiekti aparatus su 480GB SSD diskais, tačiau gali pasiūlyti HDD tipo diskus su 1TB atmintimi. Prašome šį reikalavimą keisti sekančiais: **„Atmintis, duomenų perdavimas, archyvavimo galimybės 1. Vidinis diskas: talpa ≥ 128 GB, SSD technologija“** arba leisti siūlyti vidinę atmintį nenurodant konkrečios technologijos **„Atmintis, duomenų perdavimas, archyvavimo galimybės 1. Vidinis diskas: talpa ≥ 480 GB.“**

Komisija, apsvarsčiusi tiekėjo paklausimą pažymi, kad techninės specifikacijos 9.1 punkte nurodytas spalvinio Doplerio impulsų pasikartojimo dažnio (PRF) keitimo diapazonas pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Pažymima, kad didesnė viršutinės PRF ribos reikšmė leidžia matuoti didelius kraujo tėkmės greičius, kas yra ypač aktualu kraujagyslių tyrimuose. Tiekėjo siūlymas sumažinti viršutinę diapazono reikšmę iki 15,4 kHz yra nepriimtinas perkančiajai organizacijai, kadangi mažinant šią reikšmę, mažėtų ir kraujotakos diagnostikos tikslumas, kai yra vertinama didelės tėkmės kraujotaka (pvz.: kaklo magistralinės kraujagyslės).

Komisija pažymi, kad techninės specifikacijos 13.1 punkte nurodytas reikalavimas pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Pažymima, kad SSD technologija yra pranašesnė bei patikimesnė už HDD technologiją: greitesnė duomenų paieška ir įrašymas, sklandesnis vaizdo įrašų saugojimas, ilgesnis tarnavimo laikas intensyviai naudojant ultragarso aparatą. Komisija taip pat pažymi, kad techninės specifikacijos 13.1 punkte nurodyta vidinio disko talpa ≥ 480 GB yra optimali ir pilnai atitinkanti perkančiosios organizacijos poreikius. Kadangi ultragarso aparatai bus intensyviai naudojami Endokrinologijos klinikoje, todėl didesnė vidinio disko talpa yra privalumas, kadangi daugiau vietos pacientų vaizdams, tyrimų istorijai, vaizdo įrašams, o taip pat mažesnė rizika, kad diskas greitai prisipildys. Tiekėjo siūlomos korekcijos yra nepriimtinos perkančiajai organizacijai, todėl 13.1 punkto reikalavimai nebus keičiami.

Komisija atkreipia dėmesį, kad perkančiosios organizacijos parengtą techninę specifikaciją atitinka bent 3 gamintojų ultragarso aparatai.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninės specifikacijos reikalavimų nekeisti.
2. Apie Komisijos paaiškinimą informuoti paklausimą pateikusį tiekėją bei kitus suinteresuotus dalyvius.